ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Հավաքածու 2 չափիչ միավորի համար, ներառում է 2 չափիչ գլխիկներով (1× կապույտ, 1× մոխրագույն), ներառում է 2 նմուշի տարա, 2 ռեզինի օղակ և 2 մագնիսական խառնիչ: Այն ժամանակակից, հեշտ օգտագործվող գործիք է BOD չափման համար (կենսաքիմիական թթվածնի պահանջ): Տևողությունը կարող է լինել 1-ից 7 օր: Փոխակերպումը համապատասխան BOD արժեքի հաշվարկվում է ավտոմատ, առանց սխալների և հարմարավետ: Փոքր լուսադիոդը

					ցույց է տալիս գլխի իրական աշխատանքային վիճակը: Գլուխներն ունեն ժամանակակից դիզայն, հասանելի են երկու տարբեր գույներով: Նմուշը ծավալը կարող է ընտրվել ըստ ծրագրի հնարավորության՝ 22,7 / 43,5 / 97,0 / 164 / 250 / 365 / 432 մլ, Տալիս է ամբողջական տեղեկատվություն - միջանկյալ արժեքները միշտ հասանելի են անալիզի ընթացքում: Ճնշման միջակայքը՝ 500-ից 1250 հՊա Չափման ժամկետը՝ 1-ից 7 օր BOD-ի չափման միջակայքը՝ 0-ից 4000 մգ/լ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Հավաքածու 2 չափիչ միավորի համար, ներառում է 2 չափիչ գլխիկներով (1× կապույտ, 1× մոխրագույն), ներառում է 2 նմուշի տարա, 2 ռեզինի օղակ և 2 մագնիսական խառնիչ: Այն ժամանակակից, հեշտ օգտագործվող գործիք է BOD չափման համար (կենսաքիմիական թթվածնի պահանջ): Տևողությունը կարող է լինել 1-ից 7 օր: Փոխակերպումը համապատասխան BOD արժեքի հաշվարկվում է ավտոմատ, առանց սխալների և հարմարավետ: Փոքր լուսադիոդը

					ցույց է տալիս գլխի իրական աշխատանքային վիճակը: Գլուխներն ունեն ժամանակակից դիզայն, հասանելի են երկու տարբեր գույներով: Նմուշը ծավալը կարող է ընտրվել ըստ ծրագրի հնարավորության՝ 22,7 / 43,5 / 97,0 / 164 / 250 / 365 / 432 մլ, Տալիս է ամբողջական տեղեկատվություն - միջանկյալ արժեքները միշտ հասանելի են անալիզի ընթացքում: Ճնշման միջակայքը՝ 500-ից 1250 հՊա Չափման ժամկետը՝ 1-ից 7 օր BOD-ի չափման միջակայքը՝ 0-ից 4000 մգ/լ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: