ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/39 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Պացիենտի մոնիտոր	Պացիենտի մոնիտոր	Պացիենտի մոնիտոր	Պացիենտի մոնիտոր	շարունակություն SpO2 Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) , Չափման միջակայք՝ 1-100%, Ահազանգի միջակայք ՝ 40-100% , Թողունակությունը՝ 1 %, Ճշգրտությունը՝ 70% -100% ± 2% 1%-69% ±5, Ակտուալիզացման միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. , Զարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ., Չարկերակային արագություն - Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե Շնչառություն (Respiration) Չափման

						և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան), Մեթոդը ՝ դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն.> 2.5 ՄΩ , Իմպենդանսի չափման միջակայքը՝ 0.3-5.0Ω Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2.5Ω, Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հց Շնչառության հաճախություն - Չափման և ազդանշանային միջակայք - Adult: 0-120 rpm , Neo/Ped: 0 -150 rpm Թողունակությունը՝ 1 շնչ/րոպե, Ճշգրտություն՝ ± 2 շնչ/րոպե , Ապնօե ահազանգ ՝ 10-40 S Ջերմաստիճան Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) -2 կանալ Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C, թողունակություն՝ 0.1°C , Ճշգրտությունը՝ ±0.1°C Ակտուալացման ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ , Միջին ժամանակի հաստատունը՝ <10 վրկ. Պարագաներ Մեկանգամյա էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի) , NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար , NIBP ճարմանդներ երեխաների համար ,

					NIBP ճարմանդներ նորածինների համար , Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար , Էլեկտրական լար , Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ) , SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համարԼրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդպրո ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Պացիենտի մոնիտոր	Պացիենտի մոնիտոր	Պացիենտի մոնիտոր	Պացիենտի մոնիտոր	շարունակություն SpO2 Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) , Չափման միջակայք՝ 1-100%, Ահազանգի միջակայք ՝ 40-100% , Թողունակությունը՝ 1 %, Ճշգրտությունը՝ 70% -100% ± 2% 1%-69% ±5, Ակտուալիզացման միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. , Զարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ., Զարկերակային արագություն - Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե Շնչառություն (Respiration) Չափման

						և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան), Մեթոդը ՝ դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն.> 2.5 ՄΩ , Իմպենդանսի չափման միջակայքը՝ 0.3-5.0Ω Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2.5Ω, Թողունակություն՝ 0.3-2.5 Հց Շնչառության հաճախություն - Չափման և ազդանշանային միջակայք - Adult: 0-120 rpm , Neo/Ped: 0 -150 rpm Թողունակությունը՝ 1 շնչ/րոպե, Ճշգրտություն՝ ± 2 շնչ/րոպե , Ապնօե ահազանգ ՝ 10-40 S Ջերմաստիճան Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) -2 կանալ Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C, թողունակություն՝ 0.1°C , Ճշգրտությունը՝ ±0.1°C Ակտուալացման ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ , Միջին ժամանակի հաստատունը՝ <10 վրկ. Պարագաներ Մեկանգամյա էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի) , NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար , NIBP ճարմանդներ երեխաների համար ,

					NIBP ճարմանդներ նորածինների համար , Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար , Էլեկտրական լար , Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ) , SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համարԼրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք