

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 35 | Jinan Biobase Biotech Co., Ltd | BIOABASE | PH-930 | Jinan Biobase Biotech Co., Ltd | Սեղանի իոնոմետր pH/ՕՎՊ: Սեղանի pH/ՕՎՊ-մետր, ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորմամբ, pH ճշգրտությունը` $\pm 0,002$ pH; pH միջակայքը` -2.00-ից մինչև 20.00; ՕՎՊ ռեժիմ` ճշգրտությունը` ± 0.2 մՎ; ՕՎՊ միջակայքը` ± 1999.9 (2000.0) մՎ: pH/ՕՎՊ-մետրը հագեցած է մեծ լուսավորված LCD Էկրանով: Կարգավորվում է 1-ից 5 կետով: Ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորումն ապահովում է ճշգրիտ տվյալներ ողջ տիրույթում: Հարաբերական և բացարձակ միլիվոլտ ռեժիմները ապահովում են |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>հուսալի ՕԿՊ-ի չափումները: Millwaukee, Hinotek կամ Biobase համարժեք Ապրանքը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>հոսսալի ՕԿՊ-ի չափումները: Millwaukee, Hinotek կամ Biobase համարժեք Ապրանքը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ</p> |
|--|--|--|--|--|