

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	<p> BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD. </p>	<p> Biobase </p>	<p> BJPX-HDO138 </p>	<p> BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD. </p>	<p> Սեղանի իոնոմետր pH/ՕՎՊ: Սեղանի pH/ ՕՎՊ-մետր, ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորմամբ, pH ճշգրտությունը` $\pm 0,002$ pH; pH միջակայքը` -2.00-ից մինչև 20.00; ՕՎՊ ռեժիմ` ճշգրտությունը` ± 0.2 մՎ; ՕՎՊ միջակայքը` ± 1999.9 (2000.0) մՎ: pH/ ՕՎՊ-մետրը հագեցած է մեծ լուսավորված LCD Էկրանով: Կարգավորվում է 1-ից 5 կետով: Ձերմաստիճա-նի ավտոմատ կարգավորումն ապահովում է ճշգրիտ տվյալներ ողջ տիրույթում: Հարաբերական և բացարձակ միլիվոլտ ռեժիմները ապահովում են </p>

				<p>հոսալի ՕՎՊ-ի չափումները: Biobase համարժեք Ապրանքը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
34	BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD.	Biobase	BJPX-HDO138	BIOBASE BIOVICTOR CO., LTD.	<p>Սեղանի իոնոմետր pH/ՕՎՊ: Սեղանի pH/ ՕՎՊ-մետր, ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորմամբ, pH ճշգրտությունը՝ $\pm 0,002$ pH; pH միջակայքը՝ -2.00-ից մինչև 20.00; ՕՎՊ ռեժիմ՝ ճշգրտությունը՝ ± 0.2 մՎ; ՕՎՊ միջակայքը՝ ± 1999.9 (2000.0) մՎ: pH/ ՕՎՊ-մետրը հագեցած է մեծ լուսավորված LCD էկրանով: Կարգավորվում է 1-ից 5 կետով: Ջերմաստիճան-նի ավտոմատ կարգավորումն ապահովում է ճշգրիտ տվյալներ ողջ տիրույթում: Հարաբերական և բացարձակ միլիվոլտ ռեժիմները ապահովում են</p>

				<p>հոսսալի ՕՎՊ-ի չափումները: Biobase համարժեք Ապրանքը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ</p>
--	--	--	--	--