ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 25/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Մարդու արյան ավտոմատ հեմատոլոգիական անալիզատոր	Human	Humacount 5D	Human diagnostik	Մարդու արյան ավտոմատ հեմատոլոգիական անալիզատոր Չափվող պարամետրերի քանակը՝ առնվազն 29 պարամետր Diff ռեժիմում, առնվազն 5 դիֆերենցիալ WBC, առնվազն 15 պարամետր CBC ռեժիմում ։ Թողունակությունը՝ առնվազն 65 թեստ ժամում։ Շտրիխ կոդ ընթերցող սարքի առկայություն։ Ռեակցիայի / ընթերցման համակարգ՝ իմպեդանսի մեթոդ, 3D ԼԷԴ լազերային ցրման տեխնոլոգիա տարբերակման համար, լազերի ալիքի երկարությունը 535-545 նմ տիրույթում, դետեկտորի տիպը՝

					ֆոտոդիոդ: Հասանելի լեզուները՝ ռուսերեն կամ հայերեն: Օգտագործողի ինտերֆեյսը՝ առնվազն 10 դյույմ անկյունագծով սենսորային էկրան: Աշխատանքային ռեժիմները առնվազն՝ CBC, CBC + Diff, նոսրացված արյան ռեժիմ: Նմուշի տիպերը առնվազն՝ երակային և մազանոթային ամբողջական արյուն (K2 և K3-EDTA հակակոագուլյանտ), նախապես նոսրացված արյուն: Չափվող պարամետրերը Diff ռեժիմում առնվազն՝ RBC, MCV, HCT, RDW-SD, RDW-CV, HGB, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCC, P-LCR WBC, LYM#, LYM%, MON#, MON%, NEU#, NEU%, EOS#, EOS%, BAS#, BAS%, ALY#, ALY%, LIC#, LIC%: Չափվող պարամետրերը CBC ռեժիմում առնվազն՝ WBC, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-cv, RDW-sd, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCC, P-LCR: Բաշխման հիստոգրամները առնվազն ՝ WBC, RBC, PLT: Կալիբրացիաի տեսակները առնվազն՝ ձեռքով ռեժիմ և ծրագրային աջակցող ավտոմատ ռեժիմ: Կալիբրացիան առնվազն

					երակային և մազանոթային ամբողջական արյան համար, առնվազն հետևյալ պարամետրերով RBC, WBC, PLT, MCV, MPV, HCT։ Թեստերի կրկնելիության ցուցանիշները առնվազն 5 թեստի համար ոչ վատ քան ` ≤2.0% WBC համար, ±4.0 Neu% համար, ±3.0 Lym% համար, ≤1.5% RBC համար, ≤1.5% HGB համար, ≤4.0% PLT համար, 120 ֆլ MCV համար։ Ռեֆերենս ցուցանիշը ոչ պակաս քան 0,99 Ինքնաստուգման թեստի առկայություն։ Ներքին բաշխման համակարգի սոլենոիդ փականների մեխանիկական բացման հնարավորություն առանց սարքավորման կորպուսը ապամոնտաժելու, արագ լվացման և ներարկիչների փոխարինման հնարավորություն։ Դրոշներ և ուղեցույց՝ առնվազն կլինիկական (ախտաբանական) դրոշներ, լաբորատոր սահմաններ, նորմալ միջակայքեր, բարձր/ցածր արժեքներ, դատարկ չափում, աղմուկ/արտեֆակտ։ Նմուշառման ծավալը ոչ ավել քան 20մկլ ամբողջական արյան համար, 11մկլ

						նոսրացված արյան համար։ Նոսրացված արյան ստացումը ավտոմատ, սարքի ներսում։ Ռեագենտները առանց ցիանիդների պարունակությամբ։ RBC / PLT ապերտուրայի բացվածքը 70մկմ ±1%։ Առնվազն 50000 թեստի հիշողության հնարավորություն սարքում, ներառյալ դրոշները, ցրվածքը, հիստոգրամները, որակի վերահսկման ցուցանիշները ամեն թեստի համար։ Վերահսկման մակարդակների քանակը ոչ ավել քան 6։ Միակցիչները առնվազն՝ 4 հատ USB 2.0։ Կապակցման ստանդարտները առնվազն՝ երկկողմանի LIS, HL7։ Էլեկտրսնուցման ստանդարտները ՀՀ Էլեկտրոցանցերի պահանջների համաձայն ։ Լրակազմում բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար, այդ թվում շտրիխ կոդ ընթերցող սարք, պահեստային խողովակների հավաքածու, թափոնների տարա, ռեագենտների հավաքածու, մալուխներ, մեկ տարվա սպասարկման փաթեթ պահեստամասերով։ Մատակարարը

		ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ **предлагаемого товара** Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.			պետք է հանդիսանա արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը ՀՀ-ում և ապահովի սարքի տեղադրումը, միացումը, անձնակազմի ուսուցումը, երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկման աշխատանքները։ Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս Որակավորման և ստանդարտների սերտիֆիկատների, արտադրողի կողմից տրված մատակարարման և սպասարկման իրավաստագրի պարտադիր առկայությունը հայտի գնահատման փուլում։ Սերտիֆիկատները առնվազն՝ EMAS, ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2016, CE 98/79 EC- Annex 4
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Մարդու արյան ավտոմատ հեմատոլոգիական անալիզատոր	Human	Humacount 5D	Human diagnostik	Մարդու արյան ավտոմատ հեմատոլոգիական անալիզատոր Չափվող պարամետրերի քանակը առնվազն 29 պարամետր Diff ռեժիմում, առնվազն 5 դիֆերենցիալ WBC, առնվազն 15 պարամետր CBC ռեժիմում ։ Թողունակությունը՝ առնվազն 65 թեստ ժամում։ Շտրիխ կոդ ընթերցող սարքի առկայություն։ Ռեակցիայի / ընթերցման համակարգ՝ իմպեդանսի մեթոդ, 3D ԼԷԴ լազերային ցրման տեխնոլոգիա տարբերակման համար, լազերի ալիքի երկարությունը 535-545 նմ տիրույթում, դետեկտորի տիպը՝

					ֆոտոդիոդ: Հասանելի լեզուները՝ ռուսերեն կամ հայերեն: Օգտագործողի ինտերֆեյսը՝ առնվազն 10 դյույմ անկյունագծով սենսորային էկրան: Աշխատանքային ռեժիմները առնվազն՝ CBC, CBC + Diff, նոսրացված արյան ռեժիմ: Նմուշի տիպերը առնվազն՝ երակային և մազանոթային ամբողջական արյուն (K2 և K3-EDTA հակակոագուլյանտ), նախապես նոսրացված արյուն: Չափվող պարամետրերը Diff ռեժիմում առնվազն՝ RBC, MCV, HCT, RDW-SD, RDW-CV, HGB, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCC, P-LCR WBC, LYM#, LYM%, MON#, MON%, NEU#, NEU%, EOS#, EOS%, BAS#, BAS%, ALY#, ALY%, LIC#, LIC%: Չափվող պարամետրերը CBC ռեժիմում առնվազն՝ WBC, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-cv, RDW-sd, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCC, P-LCR: Բաշխման հիստոգրամները առնվազն ՝ WBC, RBC, PLT: Կալիբրացիաի տեսակները առնվազն՝ ձեռքով ռեժիմ և ծրագրային աջակցող ավտոմատ ռեժիմ: Կալիբրացիան առնվազն

					երակային և մազանոթային ամբողջական արյան համար, առնվազն հետևյալ պարամետրերով RBC, WBC, PLT, MCV, MPV, HCT։ Թեստերի կրկնելիության ցուցանիշները առնվազն 5 թեստի համար ոչ վատ քան ` ≤2.0% WBC համար, ±4.0 Neu% համար, ±3.0 Lym% համար, ≤1.5% RBC համար, ≤1.5% HGB համար, ≤4.0% PLT համար, 120 ֆլ MCV համար։ Ռեֆերենս ցուցանիշը ոչ պակաս քան 0,99 Ինքնաստուգման թեստի առկայություն։ Ներքին բաշխման համակարգի սոլենոիդ փականների մեխանիկական բացման հնարավորություն առանց սարքավորման կորպուսը ապամոնտաժելու, արագ լվացման և ներարկիչների փոխարինման հնարավորություն։ Դրոշներ և ուղեցույց՝ առնվազն կլինիկական (ախտաբանական) դրոշներ, լաբորատոր սահմաններ, նորմալ միջակայքեր, բարձր/ցածր արժեքներ, դատարկ չափում, աղմուկ/արտեֆակտ։ Նմուշառման ծավալը ոչ ավել քան 20մկլ ամբողջական արյան համար, 11մկլ

						նոսրացված արյան համար։ Նոսրացված արյան ստացումը ավտոմատ, սարքի ներսում։ Ռեագենտները առանց ցիանիդների պարունակությամբ։ RBC / PLT ապերտուրայի բացվածքը 70մկմ ±1%։ Առնվազն 50000 թեստի հիշողության հնարավորություն սարքում, ներառյալ դրոշները, ցրվածքը, հիստոգրամները, որակի վերահսկման ցուցանիշները ամեն թեստի համար։ Վերահսկման մակարդակների քանակը ոչ ավել քան 6։ Միակցիչները առնվազն՝ 4 հատ USB 2.0։ Կապակցման ստանդարտները առնվազն՝ երկկողմանի LIS, HL7։ Էլեկտրսնուցման ստանդարտները ՀՀ Էլեկտրոցանցերի պահանջների համաձայն ։ Լրակազմում բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար, այդ թվում շտրիխ կոդ ընթերցող սարք, պահեստային խողովակների հավաքածու, թափոնների տարա, ռեագենտների հավաքածու, մալուխներ, մեկ տարվա սպասարկման փաթեթ պահեստամասերով։ Մատակարարը

					պետք է հանդիսանա արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը ՀՀ-ում և ապահովի սարքի տեղադրումը, միացումը, անձնակազմի ուսուցումը, երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկման աշխատանքները։ Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս Որակավորման և ստանդարտների սերտիֆիկատների, արտադրողի կողմից տրված մատակարարման և սպասարկման հավաստագրի պարտադիր առկայությունը հայտի գնահատման փուլում։ Սերտիֆիկատները առնվազն՝ EMAS, ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2016, CE 98/79 EC- Annex 4