

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ֆիրմայի անվանումը	Ապրանքային նշան	Մակնիշ	Արտադրողի անվանում	Կլինիկական արյան բիոքիմիական ավտոմատ վերլուծիչ • Թողունակությունը ոչ պակաս 100 քննություն/ժամ արագությամբ • Լեզուները առնվազն Ռուսերեն, անգլերեն • Ներքին բարկոդի կարդալու հանարավորություն • Ռեակցիոն կյուվետների բազմաստիճան լվացման կայան • Չափման մեթոդներ՝ ֆոտոմետրիա (կալորիմետրիա, UV-test, տուրբիդիմետրիա) • Քննության մեթոդներ՝ բիքրոմատիկ փորձ/ռեագենտ վերահսկում, կինետիկ, ֆիքսված ժամանակ,

					դիֆերենցված վերջնական կետերով փորձ/ռեագենտ վերահսկում • Հաշվարկի մեթոդներ՝ միակետ և բազմակետ ֆակտորով • Հաշվարկի ալգորիթմը՝ գծային (ֆակտոր, գծային, գծային ռեգրեսիոն, միջինացված), ոչ գծային, հնգավալենտ պարամետրային (սիզմոիդ), մոլտի-պարամետր (logit- log) • Յուրաքանչյուր տեստի համար 8 և ավելի ստանդարտի պահանջ Նմուշ / Վերահսկողություն / Կալիբրատոր • Նմուշի տեսակ՝ Շիճուկ, պլազմա, մեզ, ընդհանուր արյուն, և այլն • Նմուծառման ծավալը՝ առնվազն 2-300 մկլ/թեստ • Շարունակական ներմուծման հնարավորությամբ • Նախնական նոսրացում՝ ավտոմատ (ասեղում կամ ռեակցիոն փորձանոթում) • Հետնոսրացումը՝ ավտոմատ (արտասովոր չափաքանակների, սուբստրատի չափից ավելի արտածծման կամ պահանջվող քանակից քիչ լինելու դեպքում) • 30 ից ավելի ռեագենտների համար նախատեսված դիրքերի առկայություն • 60 ից ավելի նմուշների համար նախատեսված
--	--	--	--	--	---

					դիրքերի առկայություն • Ռեակցիոն սկավառակը և ինկուբացիոն դիրքերը՝ ոչ պակաս քան 80 լվացվող բազմակի օգտագործման կյուվետով • Մինիմալ և մաքսիմալ ռեակցիոն ծավալները ոչ ավել քան 210 և 350 մկլ • Կյուվետների լվացման կայան՝ առնվազն 8 աստիճան և 8 ասեղներով, 2 տեսակի լվացման շշեր համակարգային և հեղուկ լվացման լուծույթներ • Ինկուբատորը՝ $37 \pm 0,2$ աստիճան օդային տաքացում • Ինկուբացիոն ժամանակը՝ առավելագույնը 795 վրկ ներառյալ ինկուբացիոն և ստուգման ժամանակները Հեղուկի ներբեռնում • Հեղուկի տեղափոխման պիպետային արմունկի առկայություն • Հեղուկի մակարդակի տվիչների առկայություն յուրաքանչյուր կյուվետի համար • Չոնդի բախման հայտնաբերման հորիզոնական համակարգի առկայություն • Ջրի սպառում՝ 2լ/ժ ից պակաս (8մլ/տեստ) • Ջրի որակը՝ 10սՏ ֆիլտրացիա, դեստիլացված դեֆոնիզացված • Կարդացող համակարգը մոնո և բիսրոմատկ,
--	--	--	--	--	--

ինտերֆերենցիոն ֆիլտրի
 առկայություն • Օպտիկական
 համակարգը՝ ինտերֆերենցիոն
 ֆիլտրեր • Լույսի աղբյուրը՝ հալոգեն
 լամպ • Լույսի սպեկտրի տիրույթը
 առնվազն 340-900նմ • Առնվազն 9
 ներկառուցված ալիքի երկարություն
 , որոնցից պարտադիր՝ 340, 405,
 505, 546, 578, 600, 650, 700 նմ
 առկայություն ± 2 նմ սխալի
 հնարավորամբ • Ընդունիչը՝
 Սիլիկոնային ֆոտոտվիչ •
 Աբսորբցիայի տիրույթը՝ 0-2,5 OD •
 Աբսորբցիայի ճշտությունը ոչ ավել
 քան ՝ 0,0001 OD • Հիշողության
 չսահմանափակվող առկայություն՝
 փորձերի համար, կալիբրացիայի
 համար, պացիենտների տվյալների
 համար, QC տվյալների համար,
 աբսորբցիոն կորի համար, •
 Վերահսկման առնվազն 3
 մակարդակ • Համակարգչին
 միանալու հնարավորություն •
 Երկկողմանի LIS կապի
 առկայություն Սարքը պետք է լինի
 նոր, չօգտագործված, արտադրված
 ոչ ուշ քան մատակարարման օրից
 12 ամսվա ընթացքում, ներառի
 լիարժեք աշխատանքի համար

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		նախատեսված բոլոր պարագաները այդ թվում սարքին համապատասխան համակարգիչը և անխափան սնուցման աղբյուրը, տեղադրումը, ուսուցումը, առնվազն 12 ամիս երաշխիք: Որակավորման և ստանդարտների սերտիֆիկատների, արտադրողի կողմից տրված մատակարարման և կոդով UP4-LGՁԱՊԶԲ 25/13 նախատեսված սպասարկման հավաստագրի
Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под			представляет полное описание предлагаемого им товара.		
Номер лота			Предлагаемый товар		պարտադիր առկայությունը հայտի ցանկատման մոդուլում: Որակի տեխնիկական հատկությունների պարտադիր առկայություն առնվազն՝
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	EMA Վինիկական արյան բիոքիմիական ավտոմատ վերլուծիչ
1					• Թողունակությունը ոչ պակաս 100 քննություն/ժամ արագությամբ • Լեզուները առնվազն Ռուսերեն, անգլերեն • Ներքին բարկոդի կարդալու հանարավորություն • Ռեակցիոն կյուվետների բազմաստիճան լվացման կայան • Չափման մեթոդներ՝ ֆոտոմետրիա (կալորիմետրիա, UV-test, տուրբիդիմետրիա) • Քննության մեթոդներ՝ բիքրոմատիկ փորձ/ռեագենտ վերահսկում, կինետիկ, ֆիքսված ժամանակ,

					դիֆերենցված վերջնական կետերով փորձ/ռեագենտ վերահսկում • Հաշվարկի մեթոդներ՝ միակետ և բազմակետ ֆակտորով • Հաշվարկի ալգորիթմը՝ գծային (ֆակտոր, գծային, գծային ռեգրեսիոն, միջինացված), ոչ գծային, հնգավալենտ պարամետրային (սիգմոիդ), մոլտի-պարամետր (logit- log) • Յուրաքանչյուր տեստի համար 8 և ավելի ստանդարտի պահանջ Նմուշ / Վերահսկողություն / Կալիբրատոր • Նմուշի տեսակ՝ Շիճուկ, պլազմա, մեզ, ընդհանուր արյուն, և այլն • Նմուծառման ծավալը՝ առնվազն 2-300 մկլ/թեստ • Շարունակական ներմուծման հնարավորությամբ • Նախնական նոսրացում՝ ավտոմատ (ասեղում կամ ռեակցիոն փորձանոթում) • Հետնոսրացումը՝ ավտոմատ (արտասովոր չափաքանակների, սուբստրատի չափից ավելի արտածծման կամ պահանջվող քանակից քիչ լինելու դեպքում) • 30 ից ավելի ռեագենտների համար նախատեսված դիրքերի առկայություն • 60 ից ավելի նմուշների համար նախատեսված
--	--	--	--	--	---

					դիրքերի առկայություն • Ռեակցիոն սկավառակը և ինկուբացիոն դիրքերը՝ ոչ պակաս քան 80 լվացվող բազմակի օգտագործման կյուվետով • Մինիմալ և մաքսիմալ ռեակցիոն ծավալները ոչ ավել քան 210 և 350 մկլ • Կյուվետների լվացման կայան՝ առնվազն 8 աստիճան և 8 ասեղներով, 2 տեսակի լվացման շշեր համակարգային և հեղուկ լվացման լուծույթներ • Ինկուբատորը՝ $37 \pm 0,2$ աստիճան օդային տաքացում • Ինկուբացիոն ժամանակը՝ առավելագույնը 795 վրկ ներառյալ ինկուբացիոն և ստուգման ժամանակները Հեղուկի ներբեռնում • Հեղուկի տեղափոխման պիպետային արմունկի առկայություն • Հեղուկի մակարդակի տվիչների առկայություն յուրաքանչյուր կյուվետի համար • Չոնդի բախման հայտնաբերման հորիզոնական համակարգի առկայություն • Ջրի սպառում՝ 2լ/ժ ից պակաս (8մլ/տեստ) • Ջրի որակը՝ 10սՏ ֆիլտրացիա, դեստիլացված դեֆինիզացված • Կարդացող համակարգը մոնո և բիսրոմատկ,
--	--	--	--	--	--

					ինտերֆերենցիոն ֆիլտրի առկայություն • Օպտիկական համակարգը՝ ինտերֆերենցիոն ֆիլտրեր • Լույսի աղբյուրը՝ հալոգեն լամպ • Լույսի սպեկտրի տիրույթը առնվազն 340-900նմ • Առնվազն 9 ներկառուցված ալիքի երկարություն , որոնցից պարտադիր՝ 340, 405, 505, 546, 578, 600, 650, 700 նմ առկայություն ± 2 նմ սխալի հնարավորամբ • Ընդունիչը՝ Սիլիկոնային ֆոտոտվիչ • Աբսորբցիայի տիրույթը՝ 0-2,5 OD • Աբսորբցիայի ճշտությունը ոչ ավել քան ՝ 0,0001 OD • Հիշողության չսահմանափակվող առկայություն՝ փորձերի համար, կալիբրացիայի համար, պացիենտների տվյալների համար, QC տվյալների համար, աբսորբցիոն կորի համար, • Վերահսկման առնվազն 3 մակարդակ • Համակարգչին միանալու հնարավորություն • Երկկողմանի LIS կապի առկայություն Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրից 12 ամսվա ընթացքում, ներառի լիարժեք աշխատանքի համար
--	--	--	--	--	--

				նախատեսված բոլոր պարագաները այդ թվում սարքին համապատասխան համակարգիչը և անխափան սնուցման աղբյուրը, տեղադրումը, ուսուցումը, առնվազն 12 ամիս երաշխիք: Որակավորման և ստանդարտների սերտիֆիկատների, արտադրողի կողմից տրված մատակարարման և սպասարկման հավաստագրի պարտադիր առկայությունը հայտի գնահատման փուլում: Որակի սերտիֆիկատների պարտադիր առկայությունն առնվազն՝ EMAS III, ISO 9001, ISO 13485: 2016, ISO 14971, CE: S III, ISO 9001, ISO 13485: 2016, ISO 14971, CE:
--	--	--	--	---