

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-13-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Peak	C-7200,UV-VIS spectrophotometr	<p>1. Հեղուկ բյուրեղային Էկրան՝ առնվազն 7 դյույմ 2. Ստեղնաշարով կառավարում 3. Օպտիկական համակարգ - կրկնակի ճառագայթ 4. Հոլոգրաֆիկ վանդակաճաղ, առնվազն 1200 տող/մմ 5. Սպեկտրային թողունակություն առավելագույն 2 մմ 6. Ալիքի երկարության միջակայքը 190-1100 նմ 7. Ալիքի երկարության ճշգրտությունը առավելագույն <math>\pm 0,3</math> նմ 8. Ալիքի երկարության կրկնելիությունը <math>\leq 0,2</math> նմ 9. Ֆոտոմետրիկ ճշգրտություն առավելագույն <math>0.2 \% T (0-100 \% T), \pm 0.002A (0-0.5A), \pm 0.004A (0.5-1A)</math> 10. Ֆոտոմետրիկ կրկնելիություն <math>\leq 0.15 \% T (0-100 \% T), 0.001A (0-0.5A), 0.002A (0.5-1A)</math> 11. Ցրված լույս <math>\leq 0.03\% T</math> 220 նմ, 360 նմ 12. Կայունություն առավելագույն <math>\pm 0,002</math> Աh 500 նմ-ում 13. Ֆոտոմետրիկ միջակայք <math>0-200 \% T, -0,3-3,0A, 0-9999K (0-9999F)</math> 14. Հիմնական հարթությունը՝ առավելագույն <math>\pm 0,002</math> Ա (200-1000 նմ) 15. Աղմուկը՝ առավելագույն <math>0.0003A</math> 500 նմ 16. Աշխատանքային ռեժիմ՝ T, A, K, E 17. Ալիքի երկարության կարգավորում - ավտոմատ 18. Սկանավորման արագությունը՝ բարձր, միջին և ցածր 19. Դետեկտոր՝ պինդ սիլիկոնային</p>

		<p>Ֆոտոդիոդ 20. Լույսի աղբյուր՝ վոլֆրամ-հալոգեն/դեյտերիումի լամպ, 21. Սարքավորման ելք՝ RS232, USB(A), USB(B) 22. CE, ISO 9001 սետիֆիկատների առկայություն: 23. Ծրագրային ապահովումը ներառված: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից առնվազն մեկ տարի: Տեղափոխումը, տեղադրումը և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով:</p>
--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/16-13-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
6	Peak	C-7200,UV-VIS spectrophotometr	<p>1. Հեղուկ բյուրեղային էկրան՝ առնվազն 7 դյույմ 2. Ստեղնաշարով կառավարում 3. Օպտիկական համակարգ - կրկնակի ճառագայթ 4. Հոլոգրաֆիկ վանդակաճաղ, առնվազն 1200 տող/մմ 5. Սպեկտրային թողունակություն առավելագույն 2 մմ 6. Ալիքի երկարության միջակայքը 190-1100 նմ 7. Ալիքի երկարության ճշգրտությունը առավելագույն <math>\pm 0,3</math> նմ 8. Ալիքի երկարության կրկնելիությունը <math>\leq 0,2</math> նմ 9. Ֆոտոմետրիկ ճշգրտություն առավելագույն <math>0.2 \% T (0-100 \% T)</math>, <math>\pm 0.002A (0-0.5A)</math>, <math>\pm 0.004A (0.5-1A)</math> 10. Ֆոտոմետրիկ կրկնելիություն <math>\leq 0.15 \% T (0-100 \% T)</math>, <math>0.001A (0-0.5A)</math>, <math>0.002A (0.5-1A)</math> 11. Ցրված լույս <math>\leq 0.03\% T 220</math> նմ, <math>360</math> նմ 12. Կայունություն առավելագույն <math>\pm 0,002</math> Ահ <math>500</math> նմ-ում 13. Ֆոտոմետրիկ միջակայք <math>0-200 \% T</math>, <math>-0,3-3,0A</math>, <math>0-9999K (0-9999F)</math> 14. Հիմնական հարթությունը՝ առավելագույն <math>\pm 0,002</math> Ա (<math>200-1000</math> նմ) 15. Աղմուկը՝ առավելագույն <math>0.0003A 500</math> նմ 16. Աշխատանքային ռեժիմ՝ T, A, K, E 17. Ալիքի երկարության կարգավորում - ավտոմատ 18. Սկանավորման արագությունը՝ բարձր, միջին և ցածր 19. Դետեկտոր՝ պինդ սիլիկոնային ֆոտոդիոդ 20. Լույսի աղբյուր՝ վոլֆրամ-հալոգեն/դեյտերիումի լամպ, 21.</p>

			<p>Սարքավորման ելք՝ RS232, USB(A), USB(B) 22. CE, ISO 9001 սերտիֆիկատների առկայություն: 23. Ծրագրային ապահովումը ներառված: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից առնվազն մեկ տարի: Տեղափոխումը, տեղադրումը և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով:</p>
--	--	--	---