

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Orbus | Sapphire | Orbus | Orbus | <p>Սրտանոթային դիլատացիոն բալոնային կաթետր ռենտգենկոնտրաստ նշանակիրով, հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, կաթետրի աշխատանքային երկարությունը 145սմ: Բալոնի չափսերը՝ -1,25մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 2 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 15մմ: -2,00մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 15մմ, ամենաերկարը՝ ոչ</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>պակաս քան 40մմ: -1,50 և 3,75մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 2 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 15մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 20մմ: -2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50 և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 40մմ: Նշվածներից շատ չափեր տվյալ մոդելային շարքը ունենալու դեպքում, Վաճառողի համաձայնության դեպքում դրանք մատակարարվում են սույն պայմանագրի շրջանակներում և պայմաններով:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բեսթ Սմարթ Մեդիըլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Orbus | Sapphire | Orbus | Orbus | Սրտանոթային դիլատացիոն բալոնային կաթետր ռենտգենկոնտրաստ նշանակիրով, հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, կաթետրի աշխատանքային երկարությունը 145սմ: Բալոնի չափսերը՝ -1,25մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 2 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 15մմ: -2,00մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 15մմ, ամենաերկարը՝ ոչ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>պակաս քան 40մմ: -1,50 և 3,75մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 2 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 15մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 20մմ: -2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50 և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 40մմ: Նշվածներից շատ չափեր տվյալ մոդելային շարքը ունենալու դեպքում, Վաճառողի համաձայնության դեպքում դրանք մատակարարվում են սույն պայմանագրի շրջանակներում և պայմաններով:</p> |
|--|--|--|--|---|