

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
41	Biotronik	3VR	3VR	Biotronik	<p>41 33141211/610 Հավաքացու Իմպլանտացվող միախորոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր իր պարագաներով Իմպլանտացվող միախորոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր իր պարագաներով :</p> <p>Ինքնակառավարվող, IRM համատեղելի: Կաղապարը՝ բիոհամատեղելի տիտան: Օժտված է, ATP "painfree" ֆունքցիայով: Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ճառայության սկզբում/վերջում (35Ձ)՝ 8վրկ/11,8վրկ: Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4</p>

-35 Ջ; Խթանման ռեժիմները՝ VVI;
VVIR; V00; OFF 7 series: VVI-CLS :
Հավաքածուն իր մեջ ներառում է ICD
ուղղորդիչ Plexa S`1հատ ,
ինտրոդյուսեր LI plus ` 1հատ:
Կախված պատվերից էլեկտրոդը
կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ
Ֆիկսացիայով: Դմիախոռոչ սրտի
ռիթմը վարող սարքի
կարգիովերտեր համալրված է
հակատախիկարդիկ թերապիա
անցկացնելու համար նախատեսված
բոլոր հիմնական
առանձնահատկություններով:
Խթանման ռեժիմը՝ VVIR, VVI, OFF
(բրադիկարդիա), WI(հարվածի
հաղորդում), V00(տախիկարդիա)
Չարկերակի ամպլիտուդը՝
0.2...(0.1)...6.2, 7.5
V(բրադիկարդիա), 7.5 V (հարվածի
հաղորդում), 7.5 V (տախիկարդիա)
Չարկերակի լայնությունը՝0.4; 0.5;
0.7; 1.0; 1.2; 1.5 ms(բրադիկարդիա),
1.5 ms (հարվածիհաղորդում), 1.5
ms (տախիկարդիա)
Հիմնական ցուցանիշը՝
30...(5)...100...(10)...160
բրմ(բրադիկարդիա),
30...(5)...100...(10)...160 ppm

(հարվածի հաղորդում) Հիստերեզիսի (hysteresis) մակարդակը՝ OFF, -5...(-5)...-90 ppm (բրադիկարդիա), OFF, -5...(-5)...-65 ppm (հարվածի հաղորդում) Կրկնվող Հիստերեզիս (hysteresis) OFF, 1... (1)...15 cycles (բրադիկարդիա) պարունակում է 1 հատ պտուտական ման ինտրադյուսեր, 1 հատ էլեկտրոդ (Single Coil կամ Dual Coil) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվում են մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով՝ ըստ անհրաժեշտության: Կճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորել մատակարարված ապրանքի պիտանելիության

				<p>Ժամկետները եւ ժամանակին փոխարինել այն: հատ 4 ք. Երևան, Հր. Ներսիսյան 7 Համաձայն պատվերի Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բերթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
41	Biotronik	3VR	3VR	Biotronik	<p>41 33141211/610 Հավաքացու Իմպլանտացվող միախորոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլատոր իր պարագաներով Իմպլանտացվող միախորոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլատոր իր պարագաներով :</p> <p>Ինքնակառավարվող, IRM համատեղելի: Կադապարը՝ բիոհամատեղելի տիտան: Օժտված է, ATP "painfree" ֆունքցիայով: Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ծառայության սկզբում/վերջում (35Ձ)՝ 8վրկ/11,8վրկ: Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4</p>

-35 Ջ; Խթանման ռեժիմները՝ VVI;
VVIR; V00; OFF 7 series: VVI-CLS :
Հավաքածուն իր մեջ ներառում է ICD
ուղղորդիչ Plexa S`1հատ ,
ինտրոդյուսեր LI plus ` 1հատ:
Կախված պատվերից էլեկտրոդը
կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ
Ֆիկսացիայով: Դմիախոռոչ սրտի
ռիթմը վարող սարքի
կարդիովերտեր համալրված է
հակատախիկարդիկ թերապիա
անցկացնելու համար նախատեսված
բոլոր հիմնական
առանձնահատկություններով:
Խթանման ռեժիմը՝ VVIR, VVI, OFF
(բրադիկարդիա), WI(հարվածի
հաղորդում), V00(տախիկարդիա)
Չարկերակի ամպլիտուդը՝
0.2...(0.1)...6.2, 7.5
V(բրադիկարդիա), 7.5 V (հարվածի
հաղորդում), 7.5 V (տախիկարդիա)
Չարկերակի լայնությունը՝0.4; 0.5;
0.7; 1.0; 1.2; 1.5 ms(բրադիկարդիա),
1.5 ms (հարվածիհաղորդում), 1.5
ms (տախիկարդիա)
Հիմնական ցուցանիշը՝
30...(5)...100...(10)...160
ppm(բրադիկարդիա),
30...(5)...100...(10)...160 ppm

(հարվածի հաղորդում) Հիստերեզիսի (hysteresis) մակարդակը՝ OFF, -5...(-5)...-90 ppm (բրադիկարդիա), OFF, -5...(-5)...-65 ppm (հարվածի հաղորդում) Կրկնվող Հիստերեզիս (hysteresis) OFF, 1... (1)...15 cycles (բրադիկարդիա) պարունակում է 1 հատ պտուտական ման ինտրադյուսեր, 1 հատ էլեկտրոդ (Single Coil կամ Dual Coil) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվում են մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով՝ ըստ անհրաժեշտության: Կճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորել մատակարարված ապրանքի պիտանելիության

				<p>Ժամկետները եւ ժամանակին փոխարինել այն: հատ 4 ք. Երևան, Հր. Ներսիսյան 7 Համաձայն պատվերի Համապատասխան Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:</p>
--	--	--	--	---