ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
41	Biotronik	3VR	3VR	Biotronik	41 33141211/610 Հավաքացու Իմպլանտացվող միախորոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր իր պարագաներով Իմպլանտացվող միախորոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր իր պարագաներով ։ Ինքնակառավարվող, IRM համատեղելի։ Կաղապարը՝ բիոհամատեղելի տիտան։ Օժտված է, ATP "painfree" ֆունքցիայով։ Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ձառայության սկզբում/վերջում (35Ջ)՝ 8վրկ/11,8վրկ։ Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ՝ 0,4

						-35 Ջ; Խթանման ռեժիմները՝ VVI; VVIR; V00; OFF 7 series: VVI-CLS : Հավաքածուն իր մեջ ներառում է ICD ուղղորդիչ Plexa S՝1հատ , ինտրոդյուսեր LI plus ՝ 1հատ: Կախված պատվերից էլեկտրոդը կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: Տ՝միախոռոչ սրտի ռիթմը վարող սարքի կարդիովերտեր համալրված է հակատախիկարդիկ թերապիա անցկացնելու համար նախատեսված բոլոր հիմնական առանձնահատկություններով: Խթանման ռեժիմը՝ VVIR, VVI, OFF (բրադիկարդիա), WI(հարվածի հաղորդում), V00(տախիկարդիա) Ձարկերակի ամպլիտուդը՝ 0.2...(0.1)...6.2, 7.5 V(բրադիկարդիա), 7.5 V (հարվածի հաղորդում), 7.5 V (տախիկարդիա) Ձարկերակի լայնությունը՝0.4; 0.5; 0.7; 1.0; 1.2; 1.5 ms(բրադիկարդիա), 1.5 ms (հարվածիհաղորդում), 1.5 ms (տախիկարդիա) Հիմնականցուցանիշը՝ 30...(5)...100...(10)...160 ppm(բրադիկարդիա), 30...(5)...100...(10)...160 ppm

						(հարվածիհաղորդում) Հիստերեզիսի (hysteresis)մակարդակը՝OFF, -5...(-5)...-90 ppm(բրադիկարդիա), OFF, -5...(-5)...-65 ppm (հարվածիհաղորդում) Կրկնվող Հիստերեզիս (hysteresis) OFF, 1... (1)...15 cycles(բրադիկարդիա) պարունակում է 1 հատ պտուտականման ինտրադյուսեր, 1 հատ էլեկտրոդ(Single Coil կամ Dual Coil) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվումեն մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով՝ ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավոր էլ մատակարարված ապրանքի պիտանելիության

					ժամկետները եւ ժամանակին փոխարինել այն: հատ 4 ք. Երևան, Հր. Ներսիսյան 7 Համաձայն պատվերի Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
41	Biotronik	3VR	3VR	Biotronik	41 33141211/610 Հավաքացու Իմպլանտացվող միախորոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր իր պարագաներով Իմպլանտացվող միախորոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր իր պարագաներով ։ Ինքնակառավարվող, IRM համատեղելի։ Կաղապարը՝ բիոհամատեղելի տիտան։ Օժտված է, ATP "painfree" ֆունքցիայով։ Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ձառայության սկզբում/վերջում (35Ջ)՝ 8վրկ/11,8վրկ։ Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ՝ 0,4

						-35 Ջ; Խթանման ռեժիմները՝ VVI; VVIR; V00; OFF 7 series: VVI-CLS : Հավաքածուն իր մեջ ներառում է ICD ուղղորդիչ Plexa S՝1հատ , ինտրոդյուսեր LI plus ՝ 1հատ: Կախված պատվերից էլեկտրոդը կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: Տ՝միախոռոչ սրտի ռիթմը վարող սարքի կարդիովերտեր համալրված է հակատախիկարդիկ թերապիա անցկացնելու համար նախատեսված բոլոր հիմնական առանձնահատկություններով: Խթանման ռեժիմը՝ VVIR, VVI, OFF (բրադիկարդիա), WI(հարվածի հաղորդում), V00(տախիկարդիա) Ձարկերակի ամպլիտուդը՝ 0.2...(0.1)...6.2, 7.5 V(բրադիկարդիա), 7.5 V (հարվածի հաղորդում), 7.5 V (տախիկարդիա) Ձարկերակի լայնությունը՝0.4; 0.5; 0.7; 1.0; 1.2; 1.5 ms(բրադիկարդիա), 1.5 ms (հարվածիհաղորդում), 1.5 ms (տախիկարդիա) Հիմնականցուցանիշը՝ 30...(5)...100...(10)...160 ppm(բրադիկարդիա), 30...(5)...100...(10)...160 ppm

						(հարվածիհաղորդում) Հիստերեզիսի (hysteresis)մակարդակը՝OFF, -5...(-5)...-90 ppm(բրադիկարդիա), OFF, -5...(-5)...-65 ppm (հարվածիհաղորդում) Կրկնվող Հիստերեզիս (hysteresis) OFF, 1... (1)...15 cycles(բրադիկարդիա) պարունակում է 1 հատ պտուտականման ինտրադյուսեր, 1 հատ էլեկտրոդ(Single Coil կամ Dual Coil) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվումեն մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով՝ ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավոր էլ մատակարարված ապրանքի պիտանելիության

					ժամկետները եւ ժամանակին փոխարինել այն: հատ 4 ք. Երևան, Հր. Ներսիսյան 7 Համաձայն պատվերի Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: