

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
54	Orbus	Sapphire	Sapphire	Orbus	54 33141136/513 Դիլատացիոն կորոնար կաթետր Բալոնային կաթետր (NC),0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 142-143 սմ: Բալոնի նյութը՝ Պեբակս: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթի առկայություն: Բալոնի կրկնակի շերտ՝3.5-5.0 մմ չափսերի համար:Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ ոչ ավել 12 մթն,պայթման առավելագույն ճնշումը՝18մթն,ծայրի պրոֆիլը՝0.18"(0.45)°2%, ծայրի երկարությունը ոչ ավել 3.74մմ,շաֆթպրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը՝2.2/2.5

					F°2%:Շաֆթի մեջ ինտեգրված վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ նվազագույնը 1.1մմ երկարությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալունի պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի` -1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ՍՍ, Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալունի պահանջվող չաափերն են ըստ երկարության` - 6մմ (առնվազն 1.5-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում),, 15(առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 25 ՍՍ (առնվազն 3.0 և 3.5 տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: TREK, MINITREK, կամ համարժեք: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի
--	--	--	--	--	---

տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:

Կամ Մատակարարման համակարգ՝

Rapid exchange Monorail:

Մատակարարման համակարգ՝ Monorail, Rapid exchange: Պատման ձևը՝ 3 թերթիկանի, (5 թերթիկ 4,0-5,0 չափսերի համար): Ծայրի չափսը(Tip profile) 0,016``: Դիստալ շափտի տրամաչափը 2,4 Fr (3,0 Fr 4,0-5,0-ի համար): Պրոքսիմալ շափտի տրամաչափը 1,9 Fr:

Կաթետերի աշխատանքային երկարությունը 138-142 սմ-ի միջակայքում:Նյութը Falcrum;

Նոմինալ ճնշում 10 մթն: Պայթման հաշվարկային ճնշում 18 մթն:

Ռենտգեն կոնրաստային մարկերների քանակը՝ 2:

Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը՝ 0.014``: Համատեղելի ուղղորդիչ կաթետերի չափսը՝ 5Fr:

Հասանելի չափսերը՝ Տրամաչափ՝ 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5, 3,75, 4,0, 4,5, 5,0 Երկարություն 6, 9, 12, 15, 21, 27 Ծածկույթը՝ Selective Dura Trac:CE որակի սերտիֆիկատի

				առկայություն: NC RX հատ 20 ք. Երևան, Հր. Ներսիսյան 7 Համաձայն պատվերի Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բեւթ Սմաթթ Մեդիըլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
54	Orbus	Sapphire	Sapphire	Orbus	54 33141136/513 Դիլատացիոն կորոնար կաթետր Բալոնային կաթետր (NC),0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 142-143 սմ: Բալոնի նյութը՝ Պեբակս: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթի առկայություն: Բալոնի կրկնակի շերտ՝3.5-5.0 մմ չափսերի համար:Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ ոչ ավել 12 մթն,պայթման առավելագույն ճնշումը՝18մթն,ծայրի պրոֆիլը՝0.18"(0.45)°2%, ծայրի երկարությունը ոչ ավել 3.74մմ,շաֆթիպրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը՝2.2/2.5

					F°2%:Շաֆթի մեջ ինտեգրված վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ նվազագույնը 1.1մմ երկարությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալունի պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի` -1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ՍՍ, Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալունի պահանջվող չաափերն են ըստ երկարության` - 6մմ (առնվազն 1.5-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում),, 15(առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 25 ՍՍ (առնվազն 3.0 և 3.5 տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: TREK, MINITREK, կամ համարժեք: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի
--	--	--	--	--	---

տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:

Կամ Մատակարարման համակարգ՝

Rapid exchange Monorail:

Մատակարարման համակարգ՝ Monorail, Rapid exchange: Պատման ձևը՝ 3 թերթիկանի, (5 թերթիկ 4,0-5,0 չափսերի համար): Ծայրի չափսը(Tip profile) 0,016``: Դիստալ շափտի տրամաչափը 2,4 Fr (3,0 Fr 4,0-5,0-ի համար): Պրոքսիմալ շափտի տրամաչափը 1,9 Fr:

Կաթետերի աշխատանքային երկարությունը 138-142 սմ-ի միջակայքում:Նյութը Falcrum;

Նոմինալ ճնշում 10 մթն: Պայթման հաշվարկային ճնշում 18 մթն:

Ռենտգեն կոնրաստային մարկերների քանակը՝ 2:

Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը՝ 0.014``: Համատեղելի ուղղորդիչ կաթետերի չափսը՝ 5Fr:

Հասանելի չափսերը՝ Տրամաչափ՝ 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5, 3,75, 4,0, 4,5, 5,0 Երկարություն 6, 9, 12, 15, 21, 27 Ծածկույթը՝ Selective Dura Trac:CE որակի սերտիֆիկատի

				առկայություն: NC RX հատ 20 ք. Երևան, Հր. Ներսիսյան 7 Համաձայն պատվերի Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:
--	--	--	--	---