ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
55	Orbus	Sapphire	Sapphire	Orbus	55 33141136/514 Դիլատացիոն կորոնար կաթետր Բալոնային կաթետր (RX),0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 145 սմ ՞2%: Բալոնի նյութը ՝ Պեբակս: Արտաքին հատվածում կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթ և հիդրոֆոբային ծածկույթ՝ կաթետրի հատվածում: Բալոնի կրկնակի շերտի հաստությունը ոչ ավել քան 0.0014" (0.036մմ)2.25-5.0 մմ չափսերի համար:Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ առավելագույնը 8 մթն,պայթման առավելագույն ճնշումը՝14մթն,ծայրի

						պրոֆիլը՝0.017"(0.43)՞2%, ծայրի երկարությունը ոչ ավել 3մմ,շաֆթիպրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը՝2.1/2.4 F՞2%:Շաֆթի մեջ ինտեգրված վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ նվազագույնը 1.0մմ ե րկարությամբ:Կախվածվիրահատվո ղանոթիտրամագծիցբալոնիպահաջվ ողչափերնեն ըստտրամագծերի՝ 1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ՆՆ, ±2%: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալոնի պահանջվող չաափերն են ըստ երկարության՝ - 6մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 15մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 25մմ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում), 30 ՆՆ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը

						պարտադիր է: Կամ Մատակարարման համակարգ՝ Monorail Rapid exchange: Պատման ձևը՝առանց թերթիկների 1,25մմ համար, 2 թերթիկ 1,5մմ համար, 3 թերթիկ 2մմ և ավել տրամաչափերի: Ծայրի չափսը(Tip profile) 0,016``:Դիստալ շաֆտի տրամաչափը 2,4 Fr: Պրոքսիմալ շաֆտի տրամաչափը 1,9 Fr: Կաթետերի աշխատանքային երկարությունը 142 սմ: Նյութը Falcrum Նոմինալ ճնշում 6-8 մթն.:Պայթման հաշվարկային ճնշում 14 մթն: Ռենտգեն կոնրաստային մարկերների քանակը 1՝ 1.25մմ և 1.5մմ-ի համար, 2 2.0մմ և բարձրի համար:Ծածկույթը՝ հիդրոֆիլ:Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը՝ 0.014``:Համատեղելի ուղորդիչ կաթետերի չափսը՝ 5Fr.: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: հատ 20 ք. Երևան, Հր. Ներսիսյան 7 Համաձայն պատվերի Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո

					յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
55	Orbus	Sapphire	Sapphire	Orbus	55 33141136/514 Դիլատացիոն կորոնար կաթետր Բալոնային կաթետր (RX),0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 145 սմ ՞2%: Բալոնի նյութը ՝ Պեբակս: Արտաքին հատվածում կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթ և հիդրոֆոբային ծածկույթ՝ կաթետրի հատվածում: Բալոնի կրկնակի շերտի հաստությունը ոչ ավել քան 0.0014" (0.036մմ)2.25-5.0 մմ չափսերի համար:Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ առավելագույնը 8 մթն,պայթման առավելագույն ճնշումը՝14մթն,ծայրի

						պրոֆիլը՝0.017"(0.43)՞2%, ծայրի երկարությունը ոչ ավել 3մմ,շաֆթիպրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը՝2.1/2.4 F՞2%:Շաֆթի մեջ ինտեգրված վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ նվազագույնը 1.0մմ ե րկարությամբ:Կախվածվիրահատվո ղանոթիտրամագծիցբալոնիպահաջվ ողչափերնեն ըստտրամագծերի՝ 1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ՆՆ, ±2%: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալոնի պահանջվող չաափերն են ըստ երկարության՝ - 6մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 15մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 25մմ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում), 30 ՆՆ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը

						պարտադիր է: Կամ Մատակարարման համակարգ՝ Monorail Rapid exchange: Պատման ձևը՝առանց թերթիկների 1,25մմ համար, 2 թերթիկ 1,5մմ համար, 3 թերթիկ 2մմ և ավել տրամաչափերի: Ծայրի չափսը(Tip profile) 0,016``:Դիստալ շաֆտի տրամաչափը 2,4 Fr: Պրոքսիմալ շաֆտի տրամաչափը 1,9 Fr: Կաթետերի աշխատանքային երկարությունը 142 սմ: Նյութը Falcrum Նոմինալ ճնշում 6-8 մթն.:Պայթման հաշվարկային ճնշում 14 մթն: Ռենտգեն կոնրաստային մարկերների քանակը 1՝ 1.25մմ և 1.5մմ-ի համար, 2 2.0մմ և բարձրի համար:Ծածկույթը՝ հիդրոֆիլ:Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը՝ 0.014``:Համատեղելի ուղորդիչ կաթետերի չափսը՝ 5Fr.: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: հատ 20 ք. Երևան, Հր. Ներսիսյան 7 Համաձայն պատվերի Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո

					յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: