

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 62 | Asahi Intecc | Uniqua | Uniqua | Asahi Intecc | Ախտորոշիչ ուղղորդիչ, կազմված է՝ նիտիլոնային միջուկից , ամբողջ երկարությամբ ծածկված հիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ծայրի պահանջվող ձևերն են՝ Straight-Tip, Angle-Tip, 1.5J-Tip, 3J-Tip, 6J-Tip : J-անկյունը տարբեր աստիճանի: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.89mm (0.035 inch): Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | ուղղորդիչի պահանջվող երկարություններն են՝ 150cm ,180cm ,200cm 260cm առաձգականությունը - 3.92N (400gf) և ավել: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բեսթ Սմարթ Մեդիլը ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 62 | Asahi Intecc | Uniqua | Uniqua | Asahi Intecc | Ախտորոշիչ ուղղորդիչ, կազմված է՝ սիտիլոնային միջուկից , ամբողջ երկարությամբ ծածկված հիդրոֆիլիկ ծածկույթով: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ծայրի պահանջվող ձևերն են՝ Straight-Tip, Angle-Tip, 1.5J-Tip, 3J-Tip, 6J-Tip : J-անկյունը տարբեր աստիճանի: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.89mm (0.035 inch): Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | ուղղորդիչի պահանջվող երկարություններն են՝ 150cm ,180cm ,200cm 260cm առաձգականությունը - 3.92N (400gf) և ավել: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: |
|--|--|--|--|--|---|