

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՃԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՁՄՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-39/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ախտորոշման սարքեր	ախտորոշման սարքեր	ախտորոշման սարքեր	ախտորոշման սարքեր	Սպիրոմետր՝ հիվանդների մոտ թոքերի ֆունկցիայի հետ կապված պարամետրերը ուսումնասիրելու համար, պնևմոտախիմետրիկ սկզբունքով, պետք է ունենա թոքերի կենսական տարողությունը՝ պարամետրերի ավտոմատ հաշվարկմամբ, առնվազն VC, IRV, ERV, TV, IRV / ERV, արագացված արտաշնչման թեստ՝ պարամետրերի ավտոմատ հաշվարկմամբ, առնվազն FVC, PEF, FEV0.5, FEV1, FEV3, FEV6, FEV0.5/FVC, FEV0.5/VC, FEV1/VC, FEV1/FVC, FEV3/VC, FEV3/FVC, MEF25, MEF50, MEF75,

FEF0.2-1.2, FEF25-75, FEF75-85, Aex, PEV, TPEF, Texp, VC, VCmax, MIF50, PIF, FIV0.5, MEF50/MIF50, FEV0.5/FIV0.5, IVC, FIF25-75, FEV0.75, FEV0.75/FVC, թոքերի առավելագույն օդափոխությունը՝ պարամետրերի ավտոմատ հաշվարկմամբ, առնվազն MVV, VTrest, VTmrv, RR, MVV Time, շնչառության թուփական ծավալը՝ պարամետրերի ավտոմատ հաշվարկմամբ, առնվազն VE, VT, RR, VE Time, Էքսպիրես-թեստ (սքրինինգ), Ֆունկցիոնալ փորձերի անցկացում (պրովոկացիոն և բրոնխոլիտիկով)՝ փորձից առաջ և հետո ստացված արդյունքների ավտոմատ համեմատմամբ, տարիքային-սեռական նորմերի հետ պարամետրերի ավտոմատ համադրման հնարավորություն՝ բրոնխ-թոքային հաղորդունակության մասին ավտոմատ բանավոր եզրակացության կազմմամբ, Ռեֆերենս ցուցանիշների համակարգեր Knudson, Klement, ECCS, ITS, GLI-2012, Zapletal, Cherniak, EGKS, Shiryayeva, Երեք

						հոսքով կարգաբերում կարգամերման ներարկչի օգնությամբ առնվազն 3լ, z-score և LLNabs` ցուցանիշները նորմայի հետ համեմատելու համար, մանկական հետազոտությունների իրականացման հնարավորություն, թեստերի անցկացման ուսուցման ինտերակտիվ անիմացիա, թոքերի տարիքի և ծխողի ինդեքսի ավտոմատ հաշվարկ, VC և FVC փորձերի իրականացման որակի ավտոմատ վերահսկում որակի և արտադրողականության ցուցանիշներով, բրոնխիալ ասթմայի կառավարման մակարդակի գնահատման էլեկտրոնային հարցաթերթիկներ. ACT թեստ, երեխաների մոտ ասթմայի կառավարման թեստ, ACQ-5 հարցաթերթիկ, MRC հևոցի գնահատման հարցաթերթիկ, Borg Scale, էլեկտրոնային թեստ- հարցաթերթիկներ ԹՔՕՀ-ի աստիճանի գնահատման համար. CAT, CCQ, մի քանի հետազոտությունների դիսամիկ համեմատություն (թրենդի կազմում): Տեխնիկական տվյալներ
--	--	--	--	--	--	---

					Ծավալի չափման շեղում՝ 2 - 8 լ. առավելագույնը $\pm 3\%$ Չափվող հոսքի նվազագույն արագություն՝ առավելագույնը 0 լ/վ Չափվող հոսքի առավելագույն արագություն՝ առնվազն 15 լ/վ Օդի ծավալի չափման միջակայք՝ առնվազն 0.1 - 8 լ Մոնիշտուկի տեղադրման տրամագիծը՝ առավելագույնը 30 մմ Պետք է ունենա փոխվող, հանովի, մանրեագերծվող հոսքի փոխարկիչ հարվածակայուն պոլիմերից Փոխակերպչի քաշը հավաքված վիճակում ցանցով՝ առավելագույնը 30գ Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ +10-ից մինչև + 35°C Պետք է ունենա մետեոկայան՝ ջերմաստիճանի, խոնավության և ճնշման ներկառուցված տվիչներով, ստանդարտ միանգամյա օգտագործման ստվարաթղթե բերանակալների (ֆիլտրով կամ առանց) և հակաբակտերիալ գտիչների օգտագործման հնարավորություն, կապ համակարգչի հետ՝ USB: Մատակարարման լրակազմ Էլեկտրոնային բլոկ՝ 1 հատ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000P4-EU2012P-39/25 (վալուիսներ, գլխակալներ, և այլն)՝ 1					Սպիրոմետրիկ հետազոտությունների իրականացման արժեքտուարների լրակազմ՝ 1 հատ Կարգաբերման ներարկիչ՝ 1 հատ Ծրագրային ապահովում՝ 1 հատ Երաշխիքային ժամկետ-Էլեկտրոնային բլոկ՝ 24 ամիս, Էլեկտրոդների և տվիչների ամրագրված արժեքտուարները (վալուիսներ, գլխակալներ, և այլն)՝ 1 ամիս Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ տեղանքի տեխնիկական հատկությունները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկ: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը: Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар		ամիս Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ տեղանքի տեխնիկական հատկությունները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկ: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը: Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական
			марка	наименование производителя	
1					

					սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). ISO13485 կամ համարժեք: CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:
--	--	--	--	--	--