

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
57	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Տոնոմետրի պատյանը՝ այլումինե, կամ պլաստմասե, ունի կաշուկով մանժետ մեծահասակների համար, հատուկ պնդացրած չմաշվող պղնձե բերիլային մեմբրանով: Մեմբրան դիմանում է մինչև 600 մմ սնդ.ս.ավելցուկային ճնշմանը: Բժշկական լսողակը (ստետոսկոպ) սարքավորման առավելագույն թույլատրելի սխալը +/-3 մմ ս.ս. Լավ կարդացվող մինչև 300 մմ սնդ.ս. Մանժետի մեջ օդ ներմղելու լատեքսային տանձիկ: Մետաղափական, երգոնոմի բռնակ չժանգոտվող պողպատից:

				<p>Ճշգրտությունը կարգավորող չմաշվող արտաթորման փական: Միկրոֆիլտրները պաշտպանում են արտաթորման փականը և չափման համակարգը: ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N 867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի նշված ծավալը առավելագույնն է, այն կարող է նվազեցվել Գնորդի կողմից, հաշվի առնելով տարվա ընթացքում մանկապարտեզ հաճախող երեխաների փաստացի թվաքանակը և ֆինանսավորումը կիրականացվի փաստացի մատակարարված ապրանքի մասով: Մինչև մատակարարումը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է վաճառողը</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
57	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Տոնոմետրի պատյանը՝ այլումինե, կամ պլաստմասե, ունի կաշուկով մանժետ մեծահասակների համար, հատուկ պնդացրած չմաշվող պղնձե բերիլային մեմբրանով: Մեմբրան դիմանում է մինչև 600 մմ սնդ.ս.ավելցուկային ճնշմանը: Բժշկական լսողակը (ստետոսկոպ) սարքավորման առավելագույն թույլատրելի սխալը +/-3 մմ ս.ս. Լավ կարդացվող մինչև 300 մմ սնդ.ս. Մանժետի մեջ օդ ներմղելու լատեքսային տանձիկ: Մետաղյա փական, երգոնոմի բռնակ չժանգոտվող պողպատից:

				<p>Ճշգրտությունը կարգավորող չմաշվող արտաթորման փական: Միկրոֆիլտրները պաշտպանում են արտաթորման փականը և չափման համակարգը: ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N 867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի նշված ծավալը առավելագույնն է, այն կարող է նվազեցվել Գնորդի կողմից, հաշվի առնելով տարվա ընթացքում մանկապարտեզ հաճախող երեխաների փաստացի թվաքանակը և ֆինանսավորումը կիրականացվի փաստացի մատակարարված ապրանքի մասով: Մինչև մատակարարումը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է վաճառողը</p>
--	--	--	--	---