

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Գլխի ֆիքսացիայի ռետրակցիոն համակարգ	Գլխի ֆիքսացիայի ռետրակցիոն համակարգ	Գլխի ֆիքսացիայի ռետրակցիոն համակարգ	Գլխի ֆիքսացիայի ռետրակցիոն համակարգ	Գլխի փափուկ և կոշտ ֆիքսացիա նյարդավիրաբուժական վիրահատություններ իրականացնելու համար՝ այդ թվում և ճշգրիտ նշանառության պարագաների կիրառմամբ (նեյրոնավիզացիոն համակարգեր և մանրադիտակներ): Գանգի ֆիքսացիայի բազմաֆունկցիոնալ համակարգը կիրառելի է մեծերի և երեխաների համար՝ այդ թվում և Նորածինների: Գանգի ֆիքսացիային ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝ Պետք է ապահովվի ֆիքսացիայի երկու տեսակ՝ 3 կամ 4

շտիֆտով ֆիքսացիա, ինչպես նաև ոչ ինվազիվ պահում: Շտիֆտերով ֆիքսացիան պետք է համատեղելի լինի գելային բարձիկի գործածման հետ: Պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները՝ ռետրակցիոն համակարգերին և շրջանաձև էլեմենտներին ամրացման, վիրահատական սեղանին կողմնային ուղղորդման միջոցով և երկառանցք ֆիքսատորի միջոցով ֆիքսացիա: Պացիենտի դիրքի ապահովում՝ փորի վրա, մեջքի վրա, կողքի վրա (լատերալ մուտք): Պետք է ունենա արագ տեղադրման և պինդ ամրացման լծակ և պատահական անջատումը կանխարգելող ամրացման համակարգ: Հարմարակցիչի ամրանների բարձրությունը ոչ պակաս քան 120մմ: Գանգային ֆիքսատորը պետք է ունենա 360° թեքվելու հնարավորություն, բռնիչի և սեղմանի կառավարելի կոշտ միացման հնարավորություն, գլխի սեղմանով պացիենտի եռադիր կամ քառադիր ֆիքսացիա՝ բոլոր դիրքերում: Գանգային սեղմանի եզրերը հարթ են, նախատեսված՝

հեշտ մաքրման համար: Գանգի բազմաֆունկցիոնալ ֆիքսատորի սեղմանի կառավարման ուժի սանդղակը ոչ պակաս քան 90/180/270/360 Ն, գանգային սեղմանի վրա ֆիքսող շտիֆտերի ծայրերի հեռավորության կառավարման միջակայք ոչ պակաս քան 95-215 մմ, Գլխի ֆիքսացիայի առանցքի և գանգային սեղմանի հիմքի վերին մակերեսի միջև հեռավորությունը ոչ պակաս քան 145 մմ: Գանգային սեղմանի վրա առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը ոչ պակաս քան 12,5 կգ: Գելային բարձերով պայտածև գլխատակ երկարացնիչով, մեծահասակի, մանկական: Լրակազմը պետք է ներառի առնվազն գլխի կոշտ և փափուկ ֆիքսացիայի համակարգ, մեծահասակների և մանկական գանգային ֆիքսատորի շտիֆտեր, չժանգոտվող պողպատից, նախատեսված, բազմակի օգտագործման համար, յուրաքանչյուրից 3 հատ, կառավարվող հենք, թերվող միացման էլեմենտ, կողմնային

ռելսերին ամրացվող ուղղորդման
հարմարակցիչ: Ռետրակցիային
ներկայացվող նվազագույն
պահանջներն են՝ 360^o
կարգավորում յուրաքանչյուր
ուղղությամբ: Հորիզոնական դիրքի
հնարավորություն անկախ
գանգային ֆիքսատորի դիրքից:
Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից,
Ռետրակտորի հենքի միացման
հնարավորություն յուրաքանչյուր
դիրքում, Միացված հենքի
կայունություն և անվտանգություն,
Գլխի ֆիքսացիայի համակարգի հետ
ամբողջական
համապատասխանություն: Ճկուն
թեքվող թևքերի երկարությունը ոչ
պակաս քան 280 մմ, կոնաձև
թիթեղները արտացոլման
բացառման նպատակով պետք է
լինեն՝ Սև, անփայլ, ունենան՝
տեֆլոնային ծածկույթ և արտակցիչ
փոխարինման համար: Կոնաձև
թիթեղների ճկվող մասի
երկարությունը ոչ պակաս քան 102
մմ, Կոնաձև թիթեղների ճկվող մասի
լայնությունը ոչ պակաս քան 6-ից 25
մմ: Լրակազմն առնվազն պետք է
ներառի՝ 2 հատ ճկուն պտտվող թևք,

<p>000 Сиун в качестве участника в</p>					<p>ախտահանման բոքս (ռետրակտորների համար), 2 հատ ռելսին արագ միացնող էլեմենտ, 4 հատ միակցիչ, 2 հատ հենքի ձող, 2 հատ աղեղնաձև հենք, ախտահանման բոքս, 10 հատ կոնաձև թիթեղ: Համակարգը պետք է ամրացվի բժշկական կենտրոնում արևայ Tekhard 700 միրահատական սեղանին: Պահանջվող</p>
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ					
предлагаемого товара					
<p>полное описание предлагаемого им товара.</p>					
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>տեխնիկական բնութագրով համարժեք են համարվում DORO տեխնիկական հատկանշանքները</p>
	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>կամ Mayfield ապրանքանիշի</p>
<p>5</p>					<p>Ֆիրմատորները: Երաշխիքային</p>
					<p>Ժամկետը ոչ պակաս, քան 24 ամիս: Համակարգի տեղադրումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Ապրանքը պետք է լինի նոր և նախկինում չօգտագործված:</p>