

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-39/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                       |                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը   | մակնիշը               | արտադրողի<br>անվանումը                                | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                  | Ինֆուզոմատ<br>BYS-820 | Ինֆուզոմատ<br>BYS-820 | Ինֆուզոմատ<br>BYS-820 | Hunan Beyond<br>Medical Technology<br>Co., Ltd.,China | Ինֆուզոմատ, կաթիլային HD LCD<br>Էկրան, ինտերֆեյս,<br>աշխատանքային կարգավիճակի<br>դինամիկ ցուցադրում, օկյուլդիայի,<br>դատարկության, ցածր մարտկոցի,<br>ինֆուզիոն ավարտի, դռան բացման,<br>սխալ կարգավորումների և այլնի<br>համար ձայնային և վիզուալ<br>ահազանգի առկայությամբ,<br>համատեղելի է ցանկացած<br>ապրանքանիշի ինֆուզիոն<br>հավաքածուների հետ, ճիշտ<br>չափաբերումից հետո, լուծույթի<br>նախադրված ծավալի,<br>գործառնական ռեժիմ. մլ/ժ և |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>կաթիլ/րոպե միացնելու<br/>հնարավորությամբ; մաքրման<br/>ֆունկցիայով, KVO-ի արագությունը<br/>1-5մլ/ժ (1մլ/ժ քայլ), KVO (keep-vein-<br/>open) ավտոմատ բացվելու<br/>հնարավորությամբ ինֆուզիոնի<br/>ավարտից հետո, OEM<br/>հասանելիություն: Ինֆուզիոն<br/>պոմպի արագությունը՝ 1մլ/ժ ~<br/>1200մլ/ժ, հոսքի ճշգրտությունը՝<br/><math>\pm 5\%</math>, մեխանիկական<br/>ճշգրտությունը՝ <math>\pm 2\%</math>, մաքրման<br/>արագությունը՝ 100 մլ/ժ ~ 1000 մլ/ժ<br/>(100 մլ/ժ հավելումներ), ինֆուզիոն<br/>ծավալը՝ 1մլ ~ 9999մլ, ինֆուզիոն<br/>ընդհանուր ծավալը՝ 0,1 մլ ~ 9999,9<br/>մլ, KVO արագություն՝ 1մլ/ժ ~ 5մլ/ժ<br/>(1մլ/ժ քայլ), օկյուլզիայի երեք<br/>մակարդակ՝ բարձր - 800 մմ ս/ս<br/><math>\pm 200</math> մմ ս/ս (106,7 կՊա <math>\pm 26,7</math> կՊա,<br/>միջին՝ 500 մմ ս/ս <math>\pm 100</math> մմ ս/ս (66,7<br/>կՊա <math>\pm 13,3</math> կՊա), ցածր՝ 300 մմ ս/ս<br/><math>\pm 100</math> մմ ս/ս (40,7 կՊա <math>\pm 13,3</math> կՊա):<br/>Սնուցման աղբյուր՝ 100-240VAC,<br/>50/60Hz; Ներքին մարտկոց:<br/>Լրակազմը ներառում է բոլոր<br/>անհրաժեշտ լրացուցիչ<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p> համար:Սարքը նոր է,<br/> չօգտագործված,փակ<br/> գործարանային տուփով,<br/> օգտագործողի ռուսերեն ձեռնարկ:<br/> Մատակարարը պետք է ապահովի<br/> սարքավորման անվնաս<br/> տեղափոխումը, տեղադրումը:<br/> Աշխատանքային ռեժիմի բերումը,<br/> գործարկումը պետք է կատարվի<br/> բժշկական կենտրոնի տարածքում՝<br/> պատվիրատուի ներկայացուցչի<br/> ներկայությամբ: Տեղադրումը,<br/> ուսուցումը և երաշխիքային<br/> ժամկետի ընթացքում տեխնիկական<br/> սպասարկման աշխատանքներ՝<br/> սերտիֆիկացված մասնագետի<br/> կողմից: Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի<br/> վկայականներ (առկայություն).<br/> ISO13485 : </p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխնիկի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000P4-ECXQ2P-39/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                      |                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак        | марка                | наименование производителя                             | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2          | Инфузомат<br>BYS-820   | Инфузомат<br>BYS-820 | Инфузомат<br>BYS-820 | Hunan Beyond<br>Medical Technology<br>Co., Ltd., China | Инфузомат, капельный ЖК-дисплей HD, пользовательский интерфейс, динамическое отображение рабочего состояния, звуковая и визуальная сигнализация окклюзии, пустой батареи, низкого заряда батареи, окончания инфузии, открытой дверцы, неправильных настроек и т. д. совместим с инфузионными наборами любой марки при правильной калибровке, заданном объеме раствора, режиме работы; с возможностью подключения мл/ч и капель/мин; с функцией продувки, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>скорость KVO 1-5 мл/ч (с шагом 1 мл/ч), KVO (сохранение вены открытой) с автоматическим открытием после окончания инфузии, доступность OEM.</p> <p>Скорость инфузионного насоса: 1 мл/ч ~ 1200 мл/ч, точность потока: <math>\pm 5\%</math>, механическая точность: <math>\pm 2\%</math>, скорость продувки: 100 мл/ч ~ 1000 мл/ч (с шагом 100 мл/ч), объем инфузии: 1 мл ~ 9 999 мл, общий объем инфузии: 0,1 мл ~ 9 999,9 мл, скорость KVO: 1 мл/ч ~ 5 мл/ч (шаг 1 мл/ч), три уровня окклюзии: высокий - 800 мм Гс/с <math>\pm 200</math> мм Гс/с (106,7 кПа <math>\pm 26,7</math> кПа, средний: 500 мм Гс/с <math>\pm 100</math> мм Гс/с (66,7 кПа <math>\pm 13,3</math> кПа), низкий: 300 мм Гс/с <math>\pm 100</math> мм Гс/с (40,7 кПа <math>\pm 13,3</math> кПа) Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц</p> <p>Внутренняя батарея; В комплект включены все необходимые дополнительные аксессуары, необходимые для полноценной работы. Устройство новый, неиспользованный, в закрытой заводской упаковке, с руководством пользователя на</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>русском языке. Поставщик обязан обеспечить безопасную транспортировку и монтаж оборудования. Приведение в рабочий режим, пуск должен производиться на территории медицинского центра в присутствии представителя заказчика. Монтаж, обучение и обслуживание в течение гарантийного срока сертифицированным специалистом. Гарантия 24 месяцев. Сертификаты качества (наличие). ISO13485 .</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|