

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Terumo	Introducer R	.	Terumo	<p>Ինտրոդյուսեր-կոմպլեկտ Նախատեսված ֆեմորալ և ռադիալ միջամտությունների համար՝չափսը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7F, 8Fr տրամագծերով, որը կարող է միաժամանակ լինել նաև 4-5 ֆր, 5-6 ֆր և 6-7 ֆր ունիվերսալ տրամագծերով, ինչի շնորհիվ ինտրոդյուսերը հնարավորություն է տալիս կատարել ախտորոշում և առանց այն փոխելու ստենտավորում՝ օգտագործելով մեկ ինտրոդյուսեր 2-ի փոխարեն: Ճայրի երկարությունը 10 սմ և 7 սմ: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր</p>

				<p>ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության(օր.նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ:</p> <p>Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է:</p> <p>Գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:</p> <p>Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72P-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Terumo	Introducer R	.	Terumo	Набор интродьюсеров для бедренных и лучевых вмешательств, размер по желанию заказчика с диаметрами 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7F, 8Fr, которые также могут быть универсальными диаметрами 4-5 fr, 5-6 fr и 6-7 fr одновременно, благодаря чему интродьюсер позволяет осуществлять диагностику и стентирование без его замены с использованием одного интродьюсера. Вместо 10 см и 7 см расширителя, что позволяет без дополнительного вмешательства погрузить

				<p>интродьюсер в кровеносный сосуд. Обязательно наличие маркировки CE или сертификата качества FDA. В комплект поставки входят технические индикаторы и инструкция по применению. Форма: Наличие не менее 75% от всего срока годности на момент поставки.</p>
--	--	--	--	---