

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Terumo	Radifocus Guidewire	.	Terumo	<p>Վաերի առանցքը նիտինոլից է (փափուկ), պատված վոլֆրամ պարունակող պոլիուրետանի շերտով, ռենտգենկոնտրաստ:</p> <p>Վաեր ուղղորդիչ կաթետերի պահանջվող երկարությունը ըստ պահանջի՝ 120սմ, 150սմ, 180սմ, 220սմ և 260սմ: Պետք է պատված լինի հատուկ հիդրոֆիլիկ ծածկույթով և գերճկուն է: Գլխիկի ծայրը պետք է լինի անկյունային: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափերն են ըստ</p>

				<p>տրամագծի՝ 0.018" (0.46 mm), / 0.025" (0.64 mm), / 0.032" (0.81 mm), / 0.035" (0.89 mm), / 0.038" (0.97 mm): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72P-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	Terumo	Radifocus Guidewire	.	Terumo	Сердцевина Vaer - нитинол (мягкий), покрытый слоем вольфрамсодержащего полиуретана, рентгеноконтрастный. Направляющие катетеры Vaer доступны длиной 120 см, 150 см, 180 см, 220 см и 260 см в зависимости от необходимости. Должен быть покрыт специальным гидрофильным покрытием и иметь наклон. В зависимости от анатомии оперируемого сосуда необходимые размеры составляют: 0,018" (0,46 мм), / 0,025" (0,81 мм), / 0,035"

				<p>(0,89 мм), /. 0,038 дюйма (0,97 мм). МАРКИРОВКА CE или сертификат/сертификаты качества FDA являются обязательными для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по применению в виде заводского руководства. Не менее 75 % полного срока годности на момент поставки.</p>
--	--	--	--	--