

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	Terumo	Angio-seal	.	Terumo	Չարկերակը կարող գործիք, չափսը՝ 6Fr, 8Fr: Սարքն օգտագործվում է զարկերակի հետ արագ, անվտանգ եւ հուսալի մեխանիկական հեմեստազի համար: Իրենից Ներկայացնում է ամբողջությամբ բիոդեգրադացվող ակտիվ փակող համակարգ, որի կազմում կան՝ ինտրաարտերիալ խարիսխ, թել, կոլագեն: Անոթի Ներքին պատին ֆիքսված հեմոստատիկ խարիսխը լրիվությամբ Ներծծվում է մինչև 90 օրվա ընթացքում: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի

					վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UCL-ELXU72P-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
28	Terumo	Angio-seal	.	Terumo	Устройство может использоваться для быстрого, безопасного и надежного гемостаза артерии. Состоит из внутриартериального анкера, нити, гемостатический анкер полностью рассасывается в течение 90 дней. Для партии требуется маркировка CE или сертификат качества FDA. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Содержит спецификации, характеристики и инструкции по применению. Срок годности истек не менее чем на 75%.

