

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
51	Terumo	Torque Device	.	Terumo	Torque Device-ը օժանդակ սարք է, որը նախատեսված է ուղղորդիչ լարը դեպի թիրախային տեղամաս ուղղորդելու համար, որն օգտագործվում է պերմաշկային անգիոգրաֆիայի և ֆտորոգրաֆիայի ընթացքում : Մեկանգամյա օգտագործման :Torque սարքը համատեղելի է 0,010" (0,26 մմ) - 0,038"(0,97 մմ) չափի լարերի հետ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է,

					չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72P-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
51	Terumo	Torque Device	.	Terumo	Torque Device — это вспомогательное устройство, предназначенное для направления проводника к целевому участку, которое используется во время чрескожной ангиографии и флюорографии. Совместим с проводами диаметром 0,010 дюйма (0,038 мм) (0,97 мм). Для любой поставляемой партии требуется маркировка CE или сертификат качества FDA. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает спецификации, характеристики и

