ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	BIOLIGHT	p 500	p 500	BIOLIGHT	Ավտոմատ ներարկման համակարգ նախատեսված դեղորայքների ավտոմատ ներարկման համար ներարկիչների միջոցով: Սարքը պետք է ունենա ձայնային հուշումների ֆունկցիաներ և ավտոմատ կերպով դադարեցնի ներարկումը: Կառավարումը գունավոր, հպումային կառավարմամբ, առնվազն 2,4 դյույմ անկյունագծով էկրանի միջոցով:Էկրանի գունային գամայի առնվազն 7 տիպի առկայություն, հնարավորություն բաժանել ըստ դեղորայքների տիպերիՄոդուլյար

						համակարգման հնարավորություն, առնվազն 15 պոմպը մեկ համակարգում հավաքման հնարավորություն առանց հավելյալ սարքավորումների ընդգրկման։Դեղորայքների բազային ավելացման հնարավորությունՀամատեղելի ներարկիչները առնվազն 5, 10, 20, 30, 50, 60մլ Ցանցին լարով և անլար եղանակներով միանալու հնարավորություն Միացման միջերեսը առնվազն USB 3 հատ, LAN, RS485, WiFi (ընտրովի) Համատեղելի HIS/CIS ցանցերի հետ Առնվազն 2000 միջադեպի գրանցման և պահպանման հիշողություն Հզորությունը ՝ 50մլ ներարկիչներ ։ առնվազն 0.1մլ/ժ~2,000 մլ/ժ (1մլ/ժ քայլ) 30մլ ներարկիչներ ։ առնվազն 0.1 մլ/ժ ~900.0 մլ/ժ (0.1 մլ/ժ քայլ) 20մլ ներարկիչներ ։ առնվազն 0.1 մլ/ժ ~600.0 մլ/ժ (0.1 մլ/ժ քայլ) 10մլ ներարկիչներ ։ առնվազն 0.1 մլ/ժ ~300.0 մլ/ժ (0.1 մլ/ժ քայլ) Մեխանիկական ճշգրտությունը ոչ պակաս, քան ± 2% -ի սահմաններում։ Բոլուսի

					հաճախականությունը ՝ 50 մլ ներարկիչներ.: ոչ պակաս, քան 0.1~2,000 մլ/ժ 30 մլ ներարկիչներ.: ոչ պակաս, քան 0.1~900 մլ/ժ 20 մլ ներարկիչներ.: ոչ պակաս, քան 0.1~600մլ/ժ 10 մլ ներարկիչներ.: ոչ պակաս, քան 0.1~300 մլ/ժ Մաքրման հաճախականությունը ՝ 50մլ ներարկիչներ.: ոչ պակաս, քան 1,500 մլ/ժ 30մլ ներարկիչներ.: ոչ պակաս, քան 900 մլ/ժ 20մլ ներարկիչներ.: ոչ պակաս, քան 600 մլ/ժ 10մլ ներարկիչներ.: ոչ պակաս, քան 300 մլ/ժ Ծավալը՝ ոչ պակաս, քան 0.1մլ~9999.9 մլ (0.1մլ քայլ) Խցանումը՝ ոչ ավել, քան Բարձր՝ 900 մմսս ± 200 մմսս (106.7կՊա ± 26.7կՊա)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
35	BIOLIGHT	p 500	p 500	BIOLIGHT	Автоматическая инъекционная система, предназначенная для автоматического введения лекарственных препаратов с помощью шприцев. Аппарат должен иметь голосовые подсказки и автоматически останавливать инъекцию. Управление осуществляется через цветной, сенсорный экран с диагональю не менее 2,4 дюйма. Наличие не менее 7 видов цветовой гаммы экрана, возможность разделения по типу препарата. Возможность модульной координации, возможность сборки

					не менее 15 насосов в одну систему без включения дополнительного оборудования. Возможность добавления препаратов в базу. Совместимые шприцы не менее 5, 10, 20, 30, 50, 60 мл. Возможность подключения к сети проводным и беспроводным способом Интерфейс подключения не менее 3 USB, LAN, RS485, WiFi (опционально) Совместимость с сетями HIS/CIS Память для записи и хранения не менее 2000 инцидентов Емкость: Шприцы 50 мл. не менее 0,1 мл/ч~2000 мл/ч (шаг 1 мл/ч) Шприцы 30 мл: не менее 0,1 мл/ч ~900,0 мл/ч (шаг 0,1 мл/ч) Шприцы 20 мл: не менее 0,1 мл/ч ~600,0 мл/ч (шаг 0,1 мл/ч) Шприцы 10 мл: не менее 0,1 мл/ч ~300,0 мл/ч (шаг 0,1 мл/ч) Механическая точность не менее ± 2%. Частота введения болюса: Шприцы 50 мл: не менее 0,1~2000 мл/ч Шприцы 30 мл: не менее 0,1~900 мл/ч Шприцы 20 мл: не менее 0,1~600 мл/ч Шприцы 10 мл: не менее 0,1~300 мл/ч Частота уборки: Шприцы 50 мл: не менее 1500 мл/ч Шприцы 30 мл: не менее

					900 мл/ч Шприцы 20 мл: не менее 600 мл/ч Шприцы 10 мл: не менее 300 мл/ч Объем: не менее 0,1мл~9999,9мл (шаг 0,1мл) Блокировка не более чем Высокий: 900 ммсс ± 200 ммсс (106,7 кПа ± 26,7 кПа)