ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Biphasic AED	LTDM 7000	LTDM 7000	Guangzhou Leyte Medical Equipment co Ltd	ԴԵՖԻԲՐԻԼԱՏՈՐ Երկֆազային, էքսպոնենցիալ՝ հարմարեցված հիվանդի մաշկի դիմադրությանը Էներգիայի մատակարարումը՝ մեծահասակների համար բազմակի օգտագործման արտաքին թիակների միջոցով (ինտեգրված մանկական թիակներ), Ելքային էներգիայի ճշգրտությունը ± 15% Լիցքավորման ժամանակը՝ 5 վայրկյանից ոչ ավել՝ 200 Ջոուլի դեպքում՝ նոր, լրիվ լիցքավորված մարտկոցով 7 վայրկյանից ոչ ավել՝ 360 Ջոուլի դեպքում, նոր, լրիվ լիցքավորված մարտկոցով Ոչ ավտոմատ ռեժիմ՝

					Ընտրելի էներգիայի մակարդակները առնվազն 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 360 Ջոուլ Էներգիայի ընտրության կառավարում առջևի վահանակի վրա Լիցքի թողարկման կոճակը առջևի վահանակի վրա և բազմակի օգտագործման արտաքին թիակների վրա Սինքրոնացված կարդիովերսիոն SYNC ստեղն առջևի վահանակի վրա Ցուցիչներ Տեքստային և ձայնային հաղորդագրություններ առնվազն՝ ձայնային ազդանշաններ, կարգավիճակի ցուցիչ, մարտկոցի ցուցիչ, համաժամային ռեժիմ, արտաքին էներգիայի աղբյուրի ցուցիչ, միացված սարքավորումի ցուցիչ Հասանելի էներգիայի ցուցիչներ Լիցքավորման ազդանշան, հասանելի էներգիայի ազդանշան, թարթող լիցքաթափման կոճակ, էներգիայի մակարդակի ցուցում էկրանին Ավտոմատ ռեժիմ՝ Ընտրելի էներգիայի մակարդակներ Մեծահասակների ՝ 150-ից մինչև 360 Ջոուլ Մանկական՝ 40-ից 90 Ջոուլ Լսելի և էկրանին ցուցադրվող ուղղորդողհաղորդագրություններ

					Հասանելի էներգիայի ցուցիչներ Լիցքավորման ազդանշան, հասանելի էներգիայի ազդանշան, թարթող լիցքաթափման կոճակ Ցուցիչներ Տեքստային և ձայնային հաղորդագրություններ, ձայնային ազդանշաններ, կարգավիճակի ցուցիչ, մարտկոցի ցուցիչ, սարքավորումներ, արտաքին էներգիայի աղբյուրի ցուցիչ Դեֆիբրիլցիայի ռիթմերը առնվազն `փորոքային ֆիբրիլացիա և արագ փորոքային տախիկարդիա Հայտնաբերման առանձնահատկությունն ու զգայունությունը ըստ AHA-ի պահանջների Վերակենդանացման ուղեցույցներըհամաձայն (ERC/AHA) :2017 ԷՍԳ ՄՈՆԻՏՈՐ 12 ԷՍԳ ալիքներըպետք է դիտվի միաժամանակ: 10 - լարային հիվանդի մալուխի միացման հնարավորություն ըստ պահանջի՝ արտածումները I, II, III, aVF, aVL, aVR և V1-ից մինչև V6 ԷՍԳ ազդանշանը պետք է հնարավոր լինի նաև ստանալ բազմակի օգտագործման արտաքին թիակների միջոցով Զգայունություն առնվազն

					2.5, 5, 10, 20, 40 մմ/մՎ, ավտոմատ ավելացում Սրտի զարկերի հաճախությունը ոչ պակաս 30-ից 300 զ/րոպե (ճշգրտություն ± 10%) Ցանցի զտիչ՝ 50 Հց կամ 60 Հց, առանձին զտիչ ոչ պակաս քան 0,67 – 40 Հց տիրույթում ԷՍԳ ազդանշանից շնչառության հաճախությունը ստանալու հնարավորություն Հիվանդի մեկուսացման տեսակ՝ CF Փեյսմեյկեր Ալիքային և ուղղանկյուն հաստատուն հոսանք, ոչ ինվազիվ փեյսինգի հնարավորություն Պուլսի խորությունը առնվազն 40 ms (ճշգրտություն՝ ± 10%) Լայնություն 0-ից 200 մԱ (ճշգրտություն՝± 10%) Հաճախականությունը 30-ից 180 ppm (ճշգրտություն՝± 10%) Աշխատանքային ռեժիմներ Ֆիքսված և ըստ պահանջի Էկրանը՝ Չափսը՝ ոչ պակաս քան 8,4 դյույմ (անկյունագծ), TFT գունավոր, առնվազն 800 x 600 պիքսել տարլուծումով Թարմացման արագությունը ՝ առնվազն 6,25, 12,5, 25 մմ/վրկ Տպիչ Տեսակ՝ջերմային տպիչ Թղթի լայնությունը 50 մմ կամ 106 մմ

		ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ **предлагаемого товара** ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.			Արագություն առնվազն 10, 25, 50 մմ/վ Սարքավորումը կարող է իքնաբերաբար տպել մարկերները և ահազանգերը: Հաշվետվություններ՝ առնվազնգործառնական հաշվետվություններ, թռենդներ, 12 կանալայինԷՍԳ հաշվետվություններ, կարգաբերված պարամետրեր, վերջին թեստերի արդյունքներ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ Ներքին հիշողություն Պահպանում է շահագործման հաշվետվությունը և բոլոր պարամետրերի մոնիտորինգը ոչ պակաս քան 24 ժամվա
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36	Biphasic AED	LTDM 7000	LTDM 7000	Guangzhou Leyte Medical Equipment co Ltd	ДЕФИБРИЛЛЯТОР Двухфазный, экспоненциальный, адаптированный к сопротивлению кожи пациента Подача энергии через многоразовые внешние электроды для взрослых (встроенные детские электроды), точность выходной энергии ± 15% Время зарядки: не более 5 секунд при 200 джоулей с новой полностью заряженной батареей Не более 7 секунд при 360 джоулей с новой полностью заряженной батареей Неавтоматический режим: выбираемые уровни ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ է Հիշողության քարտի միացման հնարավորություն Ներկառուցված Bluetooth առնվազն 1 դասիռադիոմոդուլ (առնվազն 200 մետր գործարկման հեռավորություն) Պաշտպանության տեսակը առնվազն IP55 Մուտքային լարումը 100 240 Վ, 50/60 Հզ, ոչ ավել քան 2,5 Ա Հզորությունը՝ առավելագույնը 140 Վտ Մարտկոց՝ 12 Վ վերալիցքավորվող ոչ պակաս քան 3 Ա/ժ 12 Վ NiMH կամ Li-ion մարտկոց Հաստատուն հոսանքի մատակարարումը՝ 10-16 Վ, ոչ ավել քան 10 Ա Տարողություն ըչ պակաս

					[illegible]
					Звуковые и экранные сообщения с инструкциями Доступные индикаторы энергии Сигнал зарядки, сигнал доступной

						энергии, мигающая кнопка разрядки Индикаторы Текстовые и звуковые сообщения, звуковые сигналы, индикатор состояния, индикатор батареи, оборудование, индикатор внешнего источника питания Ритмы дефибрилляции как минимум: фибрилляция желудочков и быстрая желудочковая тахикардия Специфичность и чувствительность обнаружения в соответствии с требованиями AHA Рекомендации по реанимации (ERC/AHA) 2017 г. МОНИТОР ЭКГ Необходимо просматривать 12 волн ЭКГ одновременно. Возможность подключения 10-проводного кабеля пациента по запросу, выходы I, II, III, aVF, aVL, aVR и V1–V6. Также должна быть возможность приема сигнала ЭКГ через многоразовые внешние электроды. Чувствительность не менее 2,5, 5, 10, 20, 40 мм/мВ, автоматическое увеличение. Частота сердечных сокращений не менее 30–300 уд./мин. (точность ± 10 %). Сетевой фильтр: 50 Гц или 60 Гц, отдельный фильтр не менее

					0,67–40 Гц. Возможность получения частоты дыхания из сигнала ЭКГ. Тип изоляции пациента: CF. Кардиостимулятор. Волновой и прямоугольный постоянный ток, возможность неинвазивной стимуляции. Глубина импульса не менее 40 мс (точность ± 10 %) Амплитуда от 0 до 200 мА. (точность: ± 10%) Частота: от 30 до 180 стр./мин (точность: ± 10%) Режимы работы: фиксированный и по запросу Дисплей: Размер: не менее 8,4 дюйма (диагональ), TFT цветной, с разрешением не менее 800 x 600 пикселей Частота обновления: не менее 6,25, 12,5, 25 мм/с Тип принтера: термопринтер Ширина бумаги: 50 мм или 106 мм Скорость: не менее 10, 25, 50 мм/с Оборудование может автоматически печатать маркеры и сигналы тревоги. Отчеты: как минимум оперативные отчеты, тренды, отчеты ЭКГ в 12 отведениях, скорректированные параметры, последние результаты тестов, ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ Внутренняя память Сохраняет

					оперативные отчеты и мониторинг всех параметров в течение как минимум 24 часов Возможность подключения карты памяти Встроенный радиомодуль Bluetooth не ниже класса 1 (рабочее расстояние не менее 200 метров) Степень защиты не ниже IP55 Входное напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц, не более 2,5 А Мощность: не более 140 Вт Аккумулятор: 12 В перезаряжаемый не менее 3 А/ч 12 В NiMH или Li-ion аккумулятор Источник постоянного тока: 10-16 В, не более 10 А Емкость: чуть менее 150 разрядов по 360 Дж, с новым полностью заряженным аккумулятором при температуре 25ºС, не менее 190 минут Мониторинг ЭКГ: Время зарядки: не более 3,5 часов Индикаторы аккумулятора не менее индикатор состояния аккумулятора на экране индикатор низкого заряда аккумулятора, аккумулятор отсутствует, аккумулятор заряжается Габариты: 300 мм (Ш) х 260 мм (В) х 350 мм (Д) ± 5% Вес: не более 7 кг Наличие

					сертификатов качества и соответствия: не менее IEC 60601-2-27, EN 1789:2007+A1:2010, IEC 60601-1-2:2015, IEC 60601-1: 2006, ISO 13485, CE MDD 93/42 или FDA Устройство должно быть новым, неиспользованным, иметь все принадлежности для зарядки и полноценной работы, Гарантия не менее 12 месяцев