

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անիոգիմ Սիներջի 5	ԱՆԻՈՍ	ANIOSYME SYNERGY 5	Լաբորաթիս ԱՆԻՈՍ	Չորս և ավելի ֆերմենտ պարունակող բազմակոմպոնենտ խտանյութ: Խտանյութից ստացված աշխատանքային լուծույթները չեն առաջացնում մետաղների ժանգոտում, չեն վնասում ջերմազգայուն նյութերը, լավ լվացվում են: Կիրառվում է տարբեր նյութերից բժշկական արտադրատեսակների, ներառյալ վիրաբուժական (այդ թվում խողովակ ունեցող), միկրովիրաբուժական և ատամնաբուժական (այդ թվում պտտվող) գործիքների ձեռքային

				եղանակով նախամանրեագերծումային մաքրման համար, կոշտ և ճկուն էնդոսկոպների ձեռքային եղանակով նախնական և նախամանրեագերծումային մաքրման համար (եզրափակիչ՝ բարձր մակարդակի ախտահանումից առաջ, էնդոսկոպներին կից գործիքների ձեռքային եղանակով նախամանրեագերծումային մաքրման համար: Լվացող միջոցը պետք է երաշխավորված լինի կամ Storz, կամ Olympus, կամ Fujinon, կամ Pentax բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից՝ նյութի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար: Լվացող միջոցի գործարանային փաթեթավորումը 5լ տարայով: Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն : Ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ::
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧЧ-БЦДЦЩР-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Аниозим Синерджи 5	АНИОС	ANIOSYME SYNERGY 5	АНИОС	Многокомпонентный концентрат, содержащий четыре и более ферментов. Рабочие растворы, полученные из концентрата, не вызывают ржавления металлов, не повреждают термочувствительные материалы, хорошо отмываются. Применяется для ручной предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов, в том числе хирургических (в том числе трубчатых), микрохирургических и стоматологических (в том числе роторных) инструментов, для

					ручной пред- и предстерилизационной очистки жестких и гибких эндоскопов (окончательной - перед дезинфекцией высокого уровня, для ручной предстерилизационной очистки инструментов, присоединяемых к эндоскопам. Моющее средство должно иметь гарантию от производителей медицинского оборудования Storz, Olympus, Fujinon, Pentax во избежание выхода оборудования из строя из-за вещества. Заводская упаковка моющего средства в таре объемом 5 л. Наличие 1/2 срока годности концентрата на момент поставки. Имеет сертификат качества RA Методические указания по применению Минздрава.
--	--	--	--	--	---