ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
46	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք SV300/Թոքերի արհեստական շնչառության սարք SV600	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք SV300/Թոքերի արհեստական շնչառության սարք SV600	SV300/SV600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Արհեստական օդափոխության սարք օդի խոնավացման և տաքացման համակարգով Հիվանդի տիպերը՝ Մեծահասակ, Մանկական, Նորածին: Տիպը տուրբինային՝ ոչ կոմպրեսորային: Էկրանի լուծաչափը առնվազն՝ 1280*800 պիքսել (H) x (V), առնվազն 12.1 Գունավոր ակտիվ TFT հպումային մատրիցա: Պայծառություն՝ կարգավորելի, էկրանիթեքվող՝ կարգաբերվող 65 աստիճան:Ինվազիվ օդափոխության ռեժիմ՝ VCV (ծավալի վերահսկման օդափոխություն), PCV (ճնշման

						վերահսկման օդափոխություն), VSIMV (Ծավալի սինխրոնիզացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն), PSIMV (Ճնշման սինխրոնիզացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն), CPAP/PSV (Շարունակական դրական օդուղիների ճնշման/ճնշման օժանդակ օդափոխություն), PRVC (Ճնշման կարգավորվող, ծավալի վերահսկում), V+SIMV (PRVC+SIMV), Duo Level (Bilevel դրական օդուղիների ճնշում) , APRV, Apnea դափոխում: Ոչ ինվազիվ օդափոխության ռեժիմ `PCV (ճնշման վերահսկման օդափոխություն), PSIMV (Ճնշման սինխրոնիզացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն), CPAP/PSV (Շարունակական դրական օդուղիների ճնշման/ճնշման օժանդակ օդափոխություն), DuoLevel (Bilevel դրական օդուղիների ճնշում), APRV:Կարգաբերվող պարամետրերը՝ O2% 21-100, VT (ծավալ) 2-2000 մլ, MV 100 լ/ր, f (Օդափոխության հաճախականություն) 1-150 շ/ր,

					fSIMV(Օդափոխության հաճախականությունը SIMV ռեժիմում) 1-150 շ/ր, I:E միջակայք 4:1-1:10, Tinsp (ներշնչման ժամանակ) 0.10-10 վ, Դադար 5-60%, ΔPinsp 0-80cmH2O, ΔPsupp 0-80cmH2O, PEEP 0-50cmH2O, Exp% 1-85% և ավտոմատ, ներշնչման դադարի ժամանակի տիրույթը 0,2-10վ Համաժամեցված խողովակի դիմադրության համապատասխանության գործառույթ՝ Մեծահասակները՝ 5,0 -12,0 մմ (0,5 մմ ավելացումներ) Մանկական՝ 2,5 - 8,0 մմ (0,5 մմ ավելացումներ)։ Վերահսկվող պարամետրեր՝ Paw Ppeak PplatPmean PEEP Insp Flow Exp Flow MV MV leak MV spn Real timeGraphics: Pressure-time waveforms Flow-time waveforms Volume-time waveforms Vte VTi Oxygen concentration VTe spn VTe/IBW ftotal fmand fspn Re Ri Paw-Volume Loop Flow-time Loop Paw-Flow Loop Cdyn Cstat Rcexp WOB RSBI NIF P0.1 PEEPiContinuous Flow (O2 Therapy) Տագնապները՝ Մակընթացային ծավալ, Ռոպեական

						ծավալ, Շնչուղիների ճնշում, հաճախականություն, թթվածին (FiO), Apnea ահազանգման ժամանակ։Օքսիգենացիայի ռեժիմ, հոսքի տիրույթը 2-80լ/ր: Տռենդներ գրաֆիկ և ցուցակով՝ 72 ժամ բոլոր պարամետրերի համար։Արտաքին AC սնուցման աղբյուրՄուտքային լարումը 100-240 Վ 50/60 Հg, 2,5A հոսանքը։Ներքին մարտկոց՝ ներկառուցված լիթիում-իոնային մարտկոց, ≥6400։Մարտկոցների քանակը 2։Մարտկոցից աշխատանքի ժամանակը առնվազն 6 ժամ Հաղորդակցման ինտերֆեյսներ առնվազն՝ Rs232, RJ45, USB, Nurse call, CO2 կալիբրատորի միակցիչ։ Գազամատակարարում O2Խողովակների միակցիչ NIST կամ DISSԳազի մատակարարման ճնշումը 280-600 կՊաՔաշը՝ 10 կգ։Սարքը նոր է, չօգտագործված, ներառում է լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները, տեղադրումը, ուսուցումը, 12 ամիս երաշխիքային ժամկետ։Որակի սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն՝ ISO

					9001, ISO 13485: 2016, ISO 14971, IEC 60601-1-25, CE acc MDD 93/42 ECC կամ FDA

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
46					