ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Leon Plus	Leon Plus	Leon Plus	Lowenstein Medical	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը համալրված է՝ արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակուումի համարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստը 4 րոպե: Սարքը օժտված է արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով,

						պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով, ներկառուցված դարակներով: Գոլորշացուցիչները փոփոխական շրջանցիկ, ամբողջությամբ փոխհատուցվող մեթոդով: Շնչառության ծավալը 3 -1,600 մլ միջակայքում, ներշնչման դադարը 0-90% միջակայքում, շնչառության հաճախականությունը 4-80 շնչ/րոպե միջակայքում, ներշնչման հոսքը 180 լ/ր, պասիվ անզգայացնող գազի հեռացում, CO2-ի կոնցենտրացիայի արտացոլում ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկում էլեկտրոնային անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի տվիչի արձագանքը 0,45վ, աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցներից 100ր, Դիտարկման հնարավորությունները՝ թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում, ներկառուցված 15 դյույմանոց մոնիտոր: Կորերի արտացոլման հնարավորության առկայություն՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, CO2, Հալոտան, Իզոֆլուրան, էնֆլուրան, սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին: Գրաֆիկական և թվային տրենդների առակայություն - Ppeak, Pmean,

						PEEP, MV, CO2 insp. / exp., O2 insp. / exp., ազդող նյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապասխանություն: Տագնապների պահպանում և արտահանում: Սարքը հնարավորություն ունենա հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I : E, CO2, O2, Agent: Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ՝ իզոֆլյուրան և սևոֆլուրան, «Freshgas» պորտ, Յուրաքանչյուր սարքավորման հետ կտրամադրվի 100 հատ water-trap, և սարքի գործարանային փաստաթղթերով պահանջվող խնամքի և աշխատանքի ճիշտ կազմակերպման համար անհրաժեշտ այլ նյութեր՝ 5 տարվա համար: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում սերտիֆիկացված մասնագետի

					այցեր, որոնց ընթացքում կատարվի խնամք և այլ անհրաժեշտ միջամտություններ՝ 3 ամիսը 1 անգամ և ըստ անհրաժեշտության: Սարքավորման երաշխիքային ժամկետը 24 ամիս, տեղադրումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Ներառված է օգտագործման ձեռնարկ: Սարքավորումը ունի՝ ISO13485 որակի հավաստագիր, ինչպես նաև CE Mark (Directive 93/42/EEC): Բժշկական կենտրոնում կիրառվող ներհիվանդանոցային ծրագրին սարքավորման ինտեգրացիան համար անհրաժեշտ բոլոր API-ների տրամադրում: Սարքը նոր է և չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					