

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Բժշկական նշանակության մոնիտոր 2	Բժշկական նշանակության մոնիտոր 2	Բժշկական նշանակության մոնիտոր 2	Բժշկական նշանակության մոնիտոր 2	Բժշկական նշանակության մոնիտոր՝ վիրահատարաններում կիրառման համար, Անկյունագիծը - ոչ պակաս 124,5 սմ / 49" Լուսաձրում - ոչ պակաս 3840 x 2160 (16:9 հարաբերակցությունը) Տեսանելի պատկերի չափ - ոչ պակաս 1073,8 x 604 մմ Ցուցադրման գույները - ոչ պակաս 10-բիթ գույներ (SDI): 1,07 միլիարդ գույներ, ոչ պակաս 8-բիթ գույներ՝ 16,77 միլիոն գույներ Դիտման անկյուններ - ոչ պակաս 178° / 178° Պայծառություն - առնվազն 700 cd/m2 Կոնտրաստ առնվազն 1100:1 Արձագանքման

Ժամանակը - ոչ պակաս 8 մվրկ (մոխրագույնից մոխրագույն) Վիդեո սիգնալներ, ոչ պակաս՝ Մուլտքային - BNC (3G-SDI), BNC (12G-SDI), DVI-D, DisplayPort, HDMI, Ելքային - BNC (12G-SDI), DVI-D, DisplayPort OSD Լեզուներ, ոչ պակաս - անգլերեն, գերմաներեն, ռուսերեն  
Առանձնահատկություններ և գործառույթներ, ոչ պակաս PbyP (Picture-by-Picture), PinP (Picture-in-Picture), Ավտոմատ մուլտքագրման հայտնաբերում, Գամմա անջատիչ, Գույն ջերմաստիճանի անջատիչ, Հեռակառավարման վահանակ Պաշտպանիչ Էկրան - Կարծրություն 9H, լամինացված ապակի, Քաշը - ոչ ավել 25կգ Էկրան/շրջանակ հարաբերակցությունը - 90.2% Պահանջվող սերտիֆիկատներ CE /UKCA (Medical Device), ANSI/AAMI ES60601-1, RCM, RoHS Լրակազմը պետք է պարունակի, առնվազն՝ AC հոսանքի ադապտեր, հոսանքի տատանումների և հաճախությունների ֆիլտրեր, մոնիտորի կցման պտուտակներ x 4, մալուխ փողկապ x 2, Անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերի

				<p>սկավառակ (կիրառման /օգտագործման/հրահանգներ, տեղադրման ձեռնարկ): Մոնիտորները նախատեսված են բժշկական կենտրոնում առկա Storz վիդեոհամակարգերի հետ աշխատելու համար: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECXU72P-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					