

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
81	Արյունատար գիծ	Արյունատար գիծ	Արյունատար գիծ	"WEGO Blood Purification Business Group / Bain Medical Equipment (Gaungzhou) Co/Farmasol Tibbi Ürünler San.Tic.A.Ş./Lepu Medical Technology"	"Արյունատար մագիստրալներ կամ արյան հոսքագծեր, որոնք կազմված են զարկերակային և երակային գծերից (ազարկերակ-անոթ լրակազմ, որոնք ունեն համապատասխան գունավորում՝ կարմիր, կապույտ): Չարկերակյաին և երակային մագիստրալների ճնշման չափման գծեր՝ հիդրոֆոբ ֆիլտրերով Չարկերային հատվածում օդածուղակի առկայություն Չարկերակային հատվածում հեպարինիզացիայի համար նախատեսված առանձին խողովակի առկայություն իր

				<p>փականով Երակային գծի վերջում առկա է ստերիլ տոպրակ: Խողովակը փափուկ է, թափանցիկ, հարթ և չխճճվող ,ինչը ապահովում է լավ հոսքը խողովակների ներսում և պատրաստված լինի DEHP Free Նյութից: Պոմպային հատվածի չափսերը՝ 8x12x350մմ, Երակային օդածուղակի տրամագիծ 22մմ, լցման ծավալը 160մլ +-10%, Պետք է համապատասխանի Baxter/Gambro AK98 սարքերին Համաձայն մատակարարվելիք սպրանքի պահանջների մատակարարի կողմից պետք է իրականացվի առկա սարքավորումների կարգաբերման աշխատանքներ(Калибровка): Արտադրանքը պետք ունենա CE Mark 93/42 որակի վկայական, կամ համարժեք FDA Որակի վկայան, ինչպես նաև արտադրանքի ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն"</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ᄁᄁᄁᄁᄁᄁ ᄁᄁᄁ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ᄁᄁᄁ-ᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁᄁ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
81					