

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	ABBOTT	TREK	TREK	ABBOTT	<p>Բալոնային կաթետր (NC),0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 142-143 սմ: Բալոնի նյութը՝ Պեբակս: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթի առկայություն: Բալոնի կրկնակի շերտ՝3.5-5.0 մմ չափսերի համար:Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ ոչ ավել 12 մթն,պայթման առավելագույն ճնշումը՝18մթն,ծայրի պրոֆիլը՝0.18"(0.45)°2%, ծայրի երկարությունը ոչ ավել 3.74մմ,շաֆթիպրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը՝2.2/2.5 F°2%:Շաֆթի մեջ ինտեգրված վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ</p>

Աշանակիրներն սվազագույնը 1.1մմ
երկարությամբ: Կախված
վիրահատվող անոթի տրամագծից
բալոնի պահաջվող չափերն են ըստ
տրամագծերի՝ -1.5, 2.0, 2.25,
2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5,
5.0 ՍՍ, Կախված վիրահատության
ժամանակ հիվանդի անոթի
վնասվածքի չափից բալոնի
պահանջվող չափերն են ըստ
երկարության՝ - 6մմ (առնվազն
1.5-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ
(առկա բոլոր տրամագծերի
դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր
տրամագծերի դեպքում),, 15(առկա
բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ
(առկա բոլոր տրամագծերի
դեպքում), 25 ՍՍ (առնվազն 3.0 և
3.5 տրամագծերի դեպքում):
Ցանկացած մատակարարված
խմբաքանակի համար CE MARK կամ
FDA որակի վկայականների
առկայությունը պարտադիր է: TREK,
MINITREK, կամ համարժեք:
Ցանկացած մատակարարված
խմբաքանակի համար պարտադիր է
արտադրող կազմակերպության
կողմից մատակարարին տրված
ծագման սերտիֆիկատի

անկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:

Կամ Մատակարարման համակարգ՝
Rapid exchange Monorail:
Մատակարարման համակարգ՝
Monorail, Rapid exchange: Պատման ձևը՝ 3 թերթիկանի, (5 թերթիկ 4,0-5,0 չափսերի համար): Ծայրի չափսը(Tip profile) 0,016`` : Դիստալ շափտի տրամաչափը 2,4 Fr (3,0 Fr 4,0-5,0-ի համար): Պրոքսիմալ շափտի տրամաչափը 1,9 Fr:
Կաթետերի աշխատանքային երկարությունը 138-142 սմ-ի միջակայքում:Նյութը Falcrum;
Նոմինալ ճնշում 10 մթն: Պայթման հաշվարկային ճնշում 18 մթն:
Ռենտգեն կոնրաստային մարկերների քանակը՝ 2:
Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը՝ 0.014: Համատեղելի ուղղորդիչ կաթետերի չափսը՝ 5Fr:
Հասանելի չափսերը՝ "Բալոնային կաթետր (NC),0,014"" , կաթետրի

երկարությունը՝ 142-143 սմ: Բալունի
նյութը՝ Պեբակս: Կրկնակի
հիդրոֆիլային ծածկույթի
առկայություն: Բալունի կրկնակի
շերտ՝ 3.5-5.0 մմ չափսերի
համար: Բալունի նոմինալ բացման
ճնշումը՝ ոչ ավել 12 մթն, պայթման
առավելագույն ճնշումը՝ 18 մթն, ծայրի
պրոֆիլը՝ 0.18" (0.45)° 2%, ծայրի
երկարությունը ոչ ավել
3.74 մմ, շափթի պրոքսիմալ/դիստալ
մասի տրամագիծը՝ 2.2/2.5
F° 2%: Շափթի մեջ ինտեգրված
վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ
նշանակիրներ նվազագույնը 1.1 մմ
երկարությամբ: Կախված
վիրահատվող անոթի տրամագծից
բալունի պահաջվող չափերն են ըստ
տրամագծերի՝ -1.5, 2.0, 2.25,
2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5,
5.0 ՍՍ, Կախված վիրահատության
ժամանակ հիվանդի անոթի
վնասվածքի չափից բալունի
պահանջվող չափերն են ըստ
երկարության՝ - 6 մմ (առնվազն
1.5-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8 մմ
(առկա բոլոր տրամագծերի
դեպքում), 12 մմ (առկա բոլոր
տրամագծերի դեպքում), 15 (առկա

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UCL-LUΔU 12P-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 25 ՍՍ (առնվազն 3.0 և 3.5 տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: TREK, MINITREK, կամ համարժեք: Ցանկացած մատակարարված

խմբաքանակի համար պարտադիր է պատահորդ կազմակերպության տեխնիկական հատկանիշները կողմից մատակարարին տրված

ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Կամ Մատակարարման համակարգ՝ Rapid exchange Monorail: Մատակարարման համակարգ՝ Monorail, Rapid exchange: Պատման ձևը՝ 3 թերթիկակա, (5 թերթիկ 4,0-5,0 չափսերի համար): Ծայրի չափսը(Tip profile) 0,016`` : Դիստալ շափտի տրամաչափը 2,4 Fr (3,0 Fr

Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
35				

				<p>4,0-5,0-ի համար): Պրոքսիմալ շաֆտի տրամաչափը 1,9 Fr: Կաթետերի աշխատանքային երկարությունը 138-142 սմ-ի միջակայքում:Նյութը Falcrum; Նոմինալ ճնշում 10 մթն: Պայթման հաշվարկային ճնշում 18 մթն: Ռենտգեն կոնրաստային մարկերների քանակը` 2: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը` 0.014: Համատեղելի ուղղորդիչ կաթետերի չափսը` 5Fr: Հասանելի չափսերը` Տրամաչափ` 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5, 3,75, 4,0, 4,5, 5,0; Երկարություն 6, 9, 12, 15, 21, 27; Ծածկույթը` Selective Dura Trac: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները` գործարանային ձեռնարկի ձևով:</p>
--	--	--	--	--