

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
81	Vital Healthcare Sdn.Bhd կամ BAIN MEDICAL EQUIPMEN T(GUANGZHOU)CO., LTD կամ Baxter	Vital կամ BAIN կամ Baxter	Vital կամ BAIN կամ Baxter	Vital Healthcare Sdn.Bhd կամ BAIN MEDICAL EQUIPMEN T(GUANGZHOU)CO., LTD կամ Baxter	"Արյունատար մագիստրալներ կամ արյան հոսքագծեր, որոնք կազմված են զարկերակային և երակային գծերից (ազարկերակ-անոթ լրակազմ, որոնք ունեն համապատասխան գունավորում՝ կարմիր, կապույտ): Չարկերակյաին և երակային մագիստրալների ճնշման չափման գծեր՝ հիդրոֆոր ֆիլտրերով Չարկերային հատվածում օդածուղակի առկայություն Չարկերակային հատվածում հեպարինիզացիայի համար նախատեսված առանձին խողովակի առկայություն իր

				<p>փականով Երակային գծի վերջում առկա է ստերիլ տոպրակ: Խողովակը փափուկ է, թափանցիկ, հարթ և չխճճվող ,ինչը ապահովում է լավ հոսքը խողովակների ներսում և պատրաստված լինի DEHP Free Նյութից: Պոմպային հատվածի չափսերը՝ 8x12x350մմ, Երակային օդածուղակի տրամագիծ 22մմ, լցման ծավալը 160մլ +-10%, Պետք է համապատասխանի Baxter/Gambro AK98 սարքերին Համաձայն մատակարարվելիք սպրանքի պահանջների մատակարարի կողմից պետք է իրականացվի առկա սարքավորումների կարգաբերման աշխատանքներ(Калибровка): Արտադրանքը պետք ունենա CE Mark 93/42 որակի վկայական, կամ համարժեք FDA Որակի վկայան, ինչպես նաև արտադրանքի ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն"</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72F-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
81					