

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | Ֆիրմայի անվանումը | Ապրանքային նշան | Մակնիշ | Արտադրողի անվանում | <p>4K Բժշկական նշանակության մոնիտոր` վիրահատարաններում կիրառման համար Անկյունագիծը - առնվազն 138.7 cm սմ / 55 դյույմ Լուսածրում (resolution) - առնվազն 3840 x 2160 (16:9 հարաբերակցությունը) Տեսանելի պատկերի չափ - առնվազն 1200 x 680 մմ Ցուցադրման գույները - ոչ պակաս 10-բիթ գույներ (SDI): 1,07 միլիարդ գույներ, Ոչ պակաս 8-բիթ գույներ` 16,77 միլիոն գույներ Դիտման անկյուններ - ոչ պակաս 178° / 178° Պայծառություն - ոչ պակաս 800 cd/m2; Contrast: 1200:1</p> |

Արձագանքման ժամանակը -
առնվազն 8 մկրկ (մոխրագույնից
մոխրագույն) "Վիդեո սիգնալներ`
Մուտքային - առնվազն DVI × 1,
DP1.2 × 1, HDMI2.0 × 1, HDMI1.4 ×
1, BNC 3G-SDI × 3, BNC 12G-SDI × 1
Ելքային - առնվազն :Single-link DVI
× 1, BNC 3G-SDI × 1, BNC 12G-SDI ×
1" OSD Լեզուներ -առնվազն
անգլերեն, գերմաներեն, ռուսերեն
Առանձնահատկություններ և
գործառույթներ, առնվազն PbyP
(Picture-by-Picture), PinP (Picture-in-
Picture), 4 պատուհան Ավտոմատ
մուտքագրման հայտնաբերում,
Գամմա անջատիչ, Գույն
ջերմաստիճանի անջատիչ,
Հեռակառավարման վահանակ
Պաշտպանիչ Էկրան - Կարծրություն
9H, լամինացված ապակի; Քաշը - ոչ
ավել 45 կգ Էկրան/շրջանակ
հարաբերակցությունը` 90.2 %
Պահանջվող սերտիֆիկատներ` CE
կամ Declrations of conformity , IEC
60601-1, Electrical Safety և
EMC, RoHS կամ համարժեք
Լրակազմը պետք է պարունակի` AC
հոսանքի ադապտեր, հոսանքի
տատանումների և

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>հաճախությունների ֆիլտրեր, մոնիտորի կցման պտուտակներ x 4, մալուխ փողկապ x 2, Անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերի սկավառակ (կիրառման /օգտագործման/հրահանգներ, տեղադրման ձեռնարկ); Մոնիտորները նախատեսված են բժշկական կենտրոնում առկա Storz վիդեոհամակարգերի հետ աշխատելու համար: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECUQWQF-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | | | | | |