ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/67 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	QuidelOrtho (Ortho Clinical Diagnostics)	Ortho Workstation Իմունոհեմատոլոգիական հետազոտությունների համար նախատեսված սարքավորումների լրակազմ	Ortho Workstation Իմունոհեմատոլոգիական հետազոտությունների համար նախատեսված սարքավորումների լրակազմ	QuidelOrtho (Ortho Clinical Diagnostics)	"Իմունոհեմատոլոգիական հետազոտությունների համար նախատեսված լրակազմը պետք է ունենա ինտեգրված ցենտրիֆուգ, ինկուբատոր և նմուշները կարդացող սարքավորում միասին: Ինկուբատորը պետք է հետազոտությունն իրականացնի ապակյա միկրոսֆերաների առկայությամբ սյունակային ագլյուտինացիայի մեթոդով կամ համարժեք: Ինկուբատորի աշխատանքային ջերմաստիճանը պետք է լինի 37°C ± 2°C: Ինկուբատորը պետք է ունենա

						առնվազն 20 կասետայի տեղադրման հնարավորություն: Ցենտրիֆուգ պետք է ունենա առավելագույնը 12 կասետայի տեղադրման հնարավորություն, ցենտրիֆուգման տևողությունը պետք է լինի առավելագույնը 5 րոպե, ցենտրիֆուգման արագությունը պետք է լինի առավելագույնը 2 փուլով: Նմուշները կարդացող սարքավորումը պետք է հագեցած լինի հատուկ սենսորային մոդուլով: Համակարգը պետք է հագեցած լինի USB սարքով հատուկ ծրագրի առկայությամբ: Համակարգը պետք է ունենա հոսանքի սնուցման լար: Լրակազմը պետք է հագեցած լինի Էլեկտրոնային ավտոմատ կաթոցիչով առնվազն 5 ծրագրի առկայությամբ՝ ստանդարտ ծավալները պետք է լինեն առնվազն 10մկլ, 40մկլ, 50մկլ: Լրակազմը պետք է ունենա միանվագ օգտագործման ծայրադիրներ առնվազն 1000 հատ: Իմունոհեմատոլոգիական հետազոտությունների համար նախատեսված լրակազմը պետք է

						ունենա ինտեգրված ցենտրիֆուգ, ինկուբատոր և նմուշները կարդացող սարքավորում միասին: Ինկուբատորը պետք է հետազոտությունն իրականացնի ապակյա միկրոսֆերաների առկայությամբ սյունակային ագլյուտինացիայի մեթոդով կամ համարժեք: Ինկուբատորի աշխատանքային ջերմաստիճանը պետք է լինի 37°C ± 2°C: Ինկուբատորը պետք է ունենա առնվազն 20 կասետայի տեղադրման հնարավորություն: Ցենտրիֆուգ պետք է ունենա առավելագույնը 12 կասետայի տեղադրման հնարավորություն, ցենտրիֆուգման տևողությունը պետք է լինի առավելագույնը 5 րոպե, ցենտրիֆուգման արագությունը պետք է լինի առավելագույնը 2 փուլով: Նմուշները կարդացող սարքավորումը պետք է հագեցած լինի հատուկ սենսորային մոդուլով: Համակարգը պետք է հագեցած լինի USB սարքով հատուկ ծրագրի առկայությամբ: Համակարգը պետք է ունենա հոսանքի սնուցման լար: Լրակազմը

					պետք է հագեցած լինի Էլեկտրոնային ավտոմատ կաթոցիչով առնվազն 5 ծրագրի առկայությամբ՝ ստանդարտ ծավալները պետք է լինեն առնվազն 10մկլ, 40մկլ, 50մկլ: Լրակազմը պետք է ունենա միանվագ օգտագործման ծայրադիրներ առնվազն 1000 հատ: Լրակազմում պետք է լինի աշխատանքային սեղան առնվազն 12 ֆլակոնի համար և 48 ապակյա միկրոսֆերաներով լցված կասետաների տեղադրման համար: Համակարգը պետք է ունենա հոսանքի սնուցման լար:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/67 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	QuidelOrtho (Ortho Clinical Diagnostics)	Ortho Workstation Իմունոհեմատոլոգիական հետազոտությունների համար նախատեսված սարքավորումների լրակազմ	Ortho Workstation Իմունոհեմատոլոգիական հետազոտությունների համար նախատեսված սարքավորումների լրակազմ	QuidelOrtho (Ortho Clinical Diagnostics)	"Իմունոհեմատոլոգիական հետազոտությունների համար նախատեսված լրակազմը պետք է ունենա ինտեգրված ցենտրիֆուգ, ինկուբատոր և նմուշները կարդացող սարքավորում միասին: Ինկուբատորը պետք է հետազոտությունն իրականացնի ապակյա միկրոսֆերաների առկայությամբ սյունակային ագլյուտինացիայի մեթոդով կամ համարժեք: Ինկուբատորի աշխատանքային ջերմաստիճանը պետք է լինի 37°C ± 2°C: Ինկուբատորը պետք է ունենա

						առնվազն 20 կասետայի տեղադրման հնարավորություն: Ցենտրիֆուգ պետք է ունենա առավելագույնը 12 կասետայի տեղադրման հնարավորություն, ցենտրիֆուգման տևողությունը պետք է լինի առավելագույնը 5 րոպե, ցենտրիֆուգման արագությունը պետք է լինի առավելագույնը 2 փուլով: Նմուշները կարդացող սարքավորումը պետք է հագեցած լինի հատուկ սենսորային մոդուլով: Համակարգը պետք է հագեցած լինի USB սարքով հատուկ ծրագրի առկայությամբ: Համակարգը պետք է ունենա հոսանքի սնուցման լար: Լրակազմը պետք է հագեցած լինի Էլեկտրոնային ավտոմատ կաթոցիչով առնվազն 5 ծրագրի առկայությամբ՝ ստանդարտ ծավալները պետք է լինեն առնվազն 10մկլ, 40մկլ, 50մկլ: Լրակազմը պետք է ունենա միանվագ օգտագործման ծայրադիրներ առնվազն 1000 հատ: Իմունոհեմատոլոգիական հետազոտությունների համար նախատեսված լրակազմը պետք է

						ունենա ինտեգրված ցենտրիֆուգ, ինկուբատոր և նմուշները կարդացող սարքավորում միասին: Ինկուբատորը պետք է հետազոտությունն իրականացնի ապակյա միկրոսֆերաների առկայությամբ սյունակային ագլյուտինացիայի մեթոդով կամ համարժեք: Ինկուբատորի աշխատանքային ջերմաստիճանը պետք է լինի 37°C ± 2°C: Ինկուբատորը պետք է ունենա առնվազն 20 կասետայի տեղադրման հնարավորություն: Ցենտրիֆուգ պետք է ունենա առավելագույնը 12 կասետայի տեղադրման հնարավորություն, ցենտրիֆուգման տևողությունը պետք է լինի առավելագույնը 5 րոպե, ցենտրիֆուգման արագությունը պետք է լինի առավելագույնը 2 փուլով: Նմուշները կարդացող սարքավորումը պետք է հագեցած լինի հատուկ սենսորային մոդուլով: Համակարգը պետք է հագեցած լինի USB սարքով հատուկ ծրագրի առկայությամբ: Համակարգը պետք է ունենա հոսանքի սնուցման լար: Լրակազմը

					պետք է հագեցած լինի Էլեկտրոնային ավտոմատ կաթոցիչով առնվազն 5 ծրագրի առկայությամբ՝ ստանդարտ ծավալները պետք է լինեն առնվազն 10մկլ, 40մկլ, 50մկլ: Լրակազմը պետք է ունենա միանվագ օգտագործման ծայրադիրներ առնվազն 1000 հատ: Լրակազմում պետք է լինի աշխատանքային սեղան առնվազն 12 ֆլակոնի համար և 48 ապակյա միկրոսֆերաներով լցված կասետաների տեղադրման համար: Համակարգը պետք է ունենա հոսանքի սնուցման լար: