

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գեո-Նալ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/67 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Ցիտոլոգիական պրոցեսոր	CELLTRAZONE	HURO PATH S	CELLTRAZONE Co., LTD.	Ցիտոլոգիական պրոցեսոր Նախատեսված Բարձր ճշգրտության հեղուկային ցիտոլոգիական հետազոտությունների իրականացման համար: Արդյունավետություն - Առնվազն 90 հետազոտություն ժամում Պատրաստուկի որակ - Մոնոշերտային բջջային շերտ՝ մաքուր ֆոնով Բջջային շերտի հաստության կարգավորում - Օգտագործողը կարող է փոփոխել Կրկնակի օգտագործման հնարավորություն - Հնարավորություն ՊՇՌ և ԻՑԽ

հետազոտությունների համար Ցածր բջջային խտության նմուշների մշակում - Արդյունավետ մինչև 5000 բջիջ պարունակող նմուշների համար Կառավարման համակարգ - Պարզ և ինտուիտիվ ինտերֆեյս Չափսեր (L×E×F) - ոչ ավել, քան 250×350×250 մմ  
Էլեկտրամատակարարում - 100-240 Վ, 50/60 Հց, ≤ 100 Վտ  
Աշխատանքային պայմաններ . Ջերմաստիճանայի տիրույթ՝ ոչ պակաս, քան +10°C-ից +35°C Հարաբերական խոնավության տիրույթ՝ ոչ պակաս, քան ` 30-80% Մթնոլորտային ճնշման տիրույթ՝ ոչ պակաս, քան ` 70-106 կՊա  
Սենսորներ - Ապահովում են շարժական մասերի ճիշտ ֆունկցիոնալությունը PCB (մայր պլատա) - Կառավարում է սարքի բոլոր էլեկտրոնային բաղադրիչները  
Սովետիդային փական - Կառավարում է հեղուկի հոսքը և մաքրումը Ցուցադրման համակարգ - Վերահսկվող դիսփլեյ՝ պարզ մենյուով Ֆիլտրացման համակարգ - Ներառում է ֆիլտրի մուտքային ու ելքային հատվածներ, ինչպես նաև

				<p>ինքնամաքրման մեխանիզմ Հեղուկի մաքրում - Օգտագործում է հատուկ ներծծման և արտահոսքի համակարգ Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, համալրված լինի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր ադապտերներով և քսեսուլարներով: Պետք է անցկացվի ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից առնվազն երկու օր առնվազն երեք մասնակցի համար: Սարքի համար պետք է տրամադրվի մեկ տարվա գործարանային երաշխիք, (Ետերաշխիքային սպասարկում), մատակարարը պետք է անցկացնի տեղադրում, կարգաբերում: Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) երաշխիքային նամակ լիազորագիր Որակի հավաստագրի առկայություն:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Гео-Нал ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПИЧ-ЕЦХЦПР-25/67 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					