ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
83	Բեսթ Ֆիր	Բեսթ Ֆիր	Բեսթ Ֆիր	Բեսթ Ֆիր	Տոնոմետրի մարմինը լինի ալյումինե կամ պլաստմասե, ունենա կպչուկով մանժետ մեծահասակների համար, հատուկ պնդացրած չմաշվող պղնձե բերիլային մեմբրանով: Մեմբրան պետք է դիմանա մինչև 600մմ սնդ.ս.ավելցուկային ճնշմանը: Բժշկական լսողակը (ստետոսկոպ) սարքավորման առավելագույն թույլատրելի սխալը +/-3 մմ ս.ս.: Լավ կարդացվող մինչև 300մմ սնդ.ս.: Մանժետի մեջ օդ ներմղելու լատեքսային տանձիկ: Մետաղյա փական, էրգոնոմի բռնակ չժանգոտվող պողպատից:

					Ճշգրտությունը կարգավորող չմաշվող արտաթորման փական: Միկրոֆիլտրները պետք է պաշտպանեն արտաթորման փականը և չափման համակարգը: ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N 867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մինչև մատակարարումը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է վաճառողը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
83	Բեսթ Ֆիր	Բեսթ Ֆիր	Բեսթ Ֆիր	Բեսթ Ֆիր	Տոնոմետրի մարմինը լինի ալյումինե կամ պլաստմասե, ունենա կպչուկով մանժետ մեծահասակների համար, հատուկ պնդացրած չմաշվող պղնձե բերիլային մեմբրանով: Մեմբրան պետք է դիմանա մինչև 600մմ սնդ.ս.ավելցուկային ճնշմանը: Բժշկական լսողակը (ստետոսկոպ) սարքավորման առավելագույն թույլատրելի սխալը +/-3 մմ ս.ս.: Լավ կարդացվող մինչև 300մմ սնդ.ս.: Մանժետի մեջ օդ ներմղելու լատեքսային տանձիկ: Մետաղյա փական, էրգոնոմի բռնակ չժանգոտվող պողպատից:

					Ճշգրտությունը կարգավորող չմաշվող արտաթորման փական: Միկրոֆիլտրները պետք է պաշտպանեն արտաթորման փականը և չափման համակարգը: ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N 867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մինչև մատակարարումը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է վաճառողը: