

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեղաքրո ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
99	Ավտոմատ դոզատոր պիպետներ 10-100մկլ	Ավտոմատ դոզատոր պիպետներ 10-100մկլ	Ավտոմատ դոզատոր պիպետներ 10-100մկլ	Ավտոմատ դոզատոր պիպետներ 10-100մկլ	Ավտոմատ դոզատոր պիպետներ 10-100մկլ:Նախատեսված է ՊՇՌ լաբորատորիայում հեղուկի ավտոմատ չափման աշխատանքների համար:Ավտոմատ պիպետները պետք է լինեն ամբողջությամբ ավտոկլավացվող` 121°C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն: Փոփոխական ծավալով: Բաժանումը՝ 0.1 մկ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան  $<\pm 1,5\%$ ; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան  $<\pm 1,2\%$ , առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան  $<\pm 0,8\%$ : Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան  $<1,0\%$ ; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան  $<0,6\%$ ; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան  $<0.2\%$ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետ՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-ից 2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485

					սերտիֆիկատների առկայություն: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղաբեր ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-EUΔUՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
99	Пипетки-дозаторы автоматические 10-100 мкл	Пипетки-дозаторы автоматические 10-100 мкл	Пипетки-дозаторы автоматические 10-100 мкл	Пипетки-дозаторы автоматические 10-100 мкл	Автоматические пипетки- дозаторы 10-100 мкл.Предназначены для автоматического измерения жидкостей в ПЦР-лаборатории.Автоматические пипетки должны полностью автоклавироваться при температуре 121°С. Возможность регулировки одной рукой. Возможность регулировки длины системы снятия концов. Легко калибруется. Устойчивость к ударам и ультрафиолету. Возможность вращения модуля измерения объема на 360°.

				<p>Переменный объем: разделение 0,1 мкл. Погрешность (процент ошибки) при минимальном объеме - не более <math>&lt;\pm 1,5\%</math>; при среднем объеме - не более <math>&lt;\pm 1,2\%</math>, при максимальном объеме - не более <math>&lt;\pm 0,8\%</math>. Неточность (коэффициент отклонения) при минимальном объеме не более <math>&lt;1,0\%</math>; при среднем объеме - не более <math>&lt;0,6\%</math>; при максимальной громкости не более <math>&lt;0,2\%</math>. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75 % для продукции со сроком годности до 1 года, 2/3 для продукции со сроком годности от 1 до 2 лет и не менее 15 месяцев для продукции с сроком годности более 2 лет. Наличие торговой марки. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Гарантия: минимум 1 год.</p>
--	--	--	--	---