

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	Vacuum Blood Collection Tubes	CNWTC	Lithium heparin tube, 13x75mm, 2ml	Chongqing new world Trading co. LTD	Վակուումային փորձանոթ LiHe պարունակող 2մլ: Ֆորմատ `50-100 հատ/տուփ:Պահպանման պայմանները`4-30°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Գամմա կամ բետա- ճառագայթային ստերիլիզացիայի սերտիֆիկացում :Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կոդը, ստերիլության նշանը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: ForInVitroDiagnostic only: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի

1/2-ի առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ЕЦΔУΠΖΡ-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
28	Vacuum Blood Collection Tubes	CNWTC	Lithium heparin tube, 13x75mm, 2ml	Chongqing new world Trading co. LTD	«Вакуумная пробирка, содержащая LiHe 2 мл. Формат: 50-100 шт/коробка. Условия хранения: 4-30°C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Сертификация стерилизации гамма- или бета-излучением. На пробирке должна быть маркировка объема пробы и пронумерованный объем, код заказа, стерильность. маркировка, номер партии, срок годности: Только для InVitroDiagnostic: на момент поставки доступна половина срока годности.»