

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՄԱ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 61 | SERUM HN | Cormay Diagnostics | "Ստուգիչ սիճուկ նորմալ, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար Ֆորմատ`5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ` 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only 1հատ=1տուփ" |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО УТС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УЦРЧ-ЕЦХЦТЗР-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 61 | | | |