

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Ռիտա Գասպարյան -ն ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
77	ԱԲԱԿՏԵՐԻԼ	ԱԲԱԿՏԵՐԻԼ	ԱԲԱԿՏԵՐԻԼ	Ռուդեզ	Հակաբակտերիալ հեղուկ ախտահանող միջոց հանդիսացող երկկոմպոնենտ խտանյութ է, պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի, աշխատանքային պատրաստի լուծույթի պիտանելիությունը՝ ոչ պակաս 12 օր, նախատեսված է բազմակի օգտագործման համար: Որպես ազդող նյութ պետք է պարունակի Ն,Ն-բիս (3-ամինապրոպիլ) դոդեցիլամին՝ ոչ պակաս 3 %, ՉԱՄ՝ ոչ պակաս 22 % : 1 լիտր խտանյութի համար միջոցը պետք է ունենա 25 հատ թեստավորման

					շերտաձողիկներ՝ աշխատանքային լուծույթների պիտանելիության ստուգման համար: Միջոցը պետք է օժտված լինի հակամանրեային ակտիվությամբ տարբեր գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ, այդ թվում տուբերկուլոզի և ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչների, Կանդիդա սնկերի, վիրուսների՝ այդ թվում պոլիոմիելիտի, հեպատիտների, մարդու իմունային անբավարարության վարակի վիրուսի (ՄԻԱՎ), ադենովիրուսների նկատմամբ, պետք է օժտված լինի նաև լվացող հատկությամբ: Միջոցը պետք է նախատեսված լինի կանխարգելիչ, ընթացիկ, եզրափակիչ ախտահանման, հիմնական մաքրում իրականացնելու համար՝ մանրեային վարակների ժամանակ, ինչպես նաև բոլոր տեսակների մակերեսների լվացման և ախտահանման համար՝ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հիմնարկներում, դեղագործական, դեղատնային և այլ
--	--	--	--	--	---

					կազմակերպություններում, գիտական, փորձագիտական լաբորատորիաներում: Միջոցի կիրառումից հետո միջոցի աշխատանքային լուծույթը մակերեսների վրայից լվանալու անհրաժեշտություն չպետք է լինի: Միջոցը պետք է նախատեսված լինի բժշկական նշանակության արտադրատեսակների (ներառյալ վիրաբուժական և ատամնաբուժական, այդ թվում՝ պտտվող բժշկական նշանակության իրեր, ճկուն և կոշտ էնդոսկոպներ) ախտահանման և նախամանրէազերծման մշակման համար, այդ թվում՝ համակցված մեկ գործընթացում, բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում , այդ թվում՝ մանկական և նեոնատոլոգիական բաժանմունքներում, վարակիչ հիվանդությունների օջախներում սենքերի, կոշտ գույքի, կահավորանքի պարագաների մակերեսների, սարքերի և սարքավորումների, սանիտարա-
--	--	--	--	--	--

				տեխնիկական սարքավորումների մակերեսների, սպիտակեղենի, սպասքի (այդ թվում՝ լաբորատոր), հիվանդի խնամքի պարագաների, սանիտարական փոխադրամիջոցի ախտահանման և լվացման համար, մանրէային ծագումնաբանությամբ վարակների ժամանակ ախտահանման համար: Միջոցը պետք է ունենա ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված կիրառման մեթոդական հրահանգ: Միջոցի կիրառումը՝ համաձայն մեթոդական հրահանգի: Մատակարարման պահին ապրանքի պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Ուշադրություն՝ չափի միավոր գրված <<լիտր>>-ը հասկանալ որպես 1 լիտր խտանյութ + 25 շերտաձողիկ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Рита Гаспарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUUU4-ECXU72F-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
77					