

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ՍՄԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Maglumi CA 19-9	MAGLUMI	Snibe Diagnostics	"Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված CA 19-9-ի որոշման թեստ (Maglumi CA 19-9): Օրիգինալ: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենստային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic:"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "С" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004Р4-ЕЦДЦПЗР-25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
21				