

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՄԱ ՍՊԸ-ն ԱՄԱԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ-25/15-3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
6	Na+K+Cl FUJI DRI-CHEM SLIDE NA-K-CL S որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար:: Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО УТС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУФЧ-ЕЦЦТДР-25/15-3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
6	