

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Бокс микробиологи ческой безопасности	Бокс микробиологи ческой безопасности	Бокс микробиологи ческой безопасности	Бокс микробиологи ческой безопасности	II դասի կենսաանվտանգության պահարան; $\approx 70\%$ ռեցիրկուլացիայի հոսք, օդային վարագույր աշխատանքային բացվածքում, HEPA H14 ֆիլտրում կոճակի միջոցով գործարկվող կառավարման վահանակի առկայություն, առնվազն 2 վարդակի առկայություն, չժանգոտվող պողպատից սեղան տակդիր: Պահարանը պետք է համապատասխանի հետևյալ ստանդարտներին և ունենա CE հավաստագիր: Պետք է ունենա տվյալ ստանդարտները - DIN EN 61010-1:2011 - DIN EN 61326-1:2013

					- DIN EN 12469:2000-09 Կենսաանվտանգության պահարանը պետք է ունենա կառավարման վահանակի ավտոմատ կողպում՝ շահագործման ընթացքում չթուլատրված մուտքը կամ պահարանի գործառույթների պատահական ակտիվացումը/անջատումը կանխելու համար; կաբինետի կառավարման հասանելիությունն պետք է ապահովվի անհատական էլեկտրամագնիսական բանալիներով. ● աշխատանքային լեզուներ՝ առնվազն անգլերենի առկայություն ● աշխատանքային խցիկի լուսավորության միացում/անջատում ● օդափոխիչի միացում/անջատում ● Ուլտրամանուշակագույն լույսի միացում/անջատում ● Ուլտրամանուշակագույն լույսի գործառնական ժամանակահատվածի կարգավորումը և շահագործման մնացած ժամանակի ցուցումը; ● Ուլտրամանուշակագույն լույսի աշխատանքային ժամաչափ; ● Օդի հոսքի ավտոմատ ապահովում՝
--	--	--	--	--	---

					անկախ HEPA ֆիլտրի խցանման մակարդակից; ● ավտոմատ ձայնային և տեսանելի ահազանգ՝ աշխատանքային նորմալ պարամետրերի խախտման դեպքում; ահազանգի հաղորդագրության ցուցում. - Էլեկտրամագնիսական ընթերցող և Էլեկտրամագնիսական մուտքի ստեղներ; - օդի հոսքի սենսորներ*; - առջևի թաղանթ և ուլտրամանուշակագույն միավորի դիրքի սենսորներ; - անհատական ապահովիչ՝ կենսաանվտանգուտյան պահարանի հիմնական գործառույթներին (հովհար, լուսավորություն, ուլտրամանուշակագույն լամպ) Էլեկտրամատակարարման համար. - աշխատանքային խցիկի Էլեկտրական վարդակների անհատական ապահովիչ; - շարժական հոսանքի լարը բռնակով ● Բաղադրիչների փորձարկում և կարգավորում. - արտանետման բացման հավասարակշռող շեղբեր օդի հոսքի կարգավորման համար; - ներկառուցված ելք HEPA ֆիլտրերից վերև գտնվող օդի նմուշառման
--	--	--	--	--	--

					համար՝ դրանց ամբողջականության ստուգման համար: Պահարանի առավելագույն չափերը ոչ ավել քան 1203x772x2152(1494) մմ Տակդիրի չափերը պեք է համապատասխանեն պահարանը տեղադրվող համար Պահարանի ընդհանուր ծավալը (ներառյալ աշխատանքային խուցը) $\approx 1,0$ մ3:Աշխատանքային խցիկի չափերը ոչ պակաս 1104x608x748 մմ:Աշխատանքային գոտու չափերը ոչ պակաս 1104x448x678 մմ:Աշխատանքային գոտու տարածքը ոչ պակաս 0,50 մ2:Աշխատանքային տարածքի բարձրությունը ոչ պակաս 608 մմ:HEPA ֆիլտրերի չափերը.Ապահովել HEPA ֆիլտր 1130x530x78 մմ Արտանետվող HEPA ֆիլտր 1050x320x78 մմԷլեկտրամատակարարում. - 220-240 Վ:- հաճախականությունը 50 Հց Առավելագույն մոտքային հզորություն ոչ ավել 1385 Վ:Ուլտրամանուշակագույն լամպի հզորությունը 30 Վտ Լուսավորման լամպի հզորությունը 39 Վ Ներկառուցված էլեկտրական վարդակների վրա առավելագույն
--	--	--	--	--	--

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара	представляет полное описание предлагаемого им товара.	թույլատրելի բեռ 1000 Վտ:Առանց տակդիրի պահարանի առավելագույն զուտ քաշը ոչ ավել 212 կգ Ստենդի առավելագույն զուտ քաշը ոչ ավել 22 կգ Հիմնական բնութագրերը Կենսաանվտանգության պահարանի դասը ըստ EN 12469-2000, NSF/ANSI 49 II Միջին իրար արագությունը 0,35±0,01 մ/վ աշխատանքային խցիկում
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	0,35±0,01 մ/վ աշխատանքային խցիկում տեխնիկական հատկությունները
5	Бокс микробиологической безопасности	Бокс микробиологической безопасности	Бокс микробиологической безопасности	Бокс микробиологической безопасности	Երրորդի միջին արագությունը 0,47±0,03 մ/վ - 0,5 մ/վ և ավելի իրար, օդային վառագույնի մասնիկների համար 7-5 - 5,0 մ/վ աշխատանքային բացվածքում; HEPA և ավելի մասնիկների համար ISO M H14 Ֆիլտրում կոճակի միջոցով (20: ≥ 5 մ/վ): LSAPC Մաքուր օդի գործարկվող կառավարման ներդրումը հոսքերով 795-817 մ3/ժ վառանման անվտանգություն, առավելագույն 7-10 մ/վ օդի հոսքերով 333-378 մ3/ժ Օդի շրջապատում չծանոթացող ախտաբանիչ սեղան 70/30 % HEPA Ֆիլտրեր 1) դասը ըստ տակդիր: Դառարանը պետք է EN 1822-1-ի H14 2) պահպանում համապատասխանի հետևյալ MPPS-ով արևմտյան 99,994% 3) ստանդարտներին և ունենա CE նվազագույն ծառայության ժամկետը հավաստագիր: Դետեկտորներ 4* տարի Ուստրալիական ազգային տվյալ ստանդարտներին - DIN EN 61010-1:2011- DIN EN 61326-1:2013 ճառագայթային իրար 11.2 Վտ -

				լույսի համար 1246912000408 5000 Կենսամակաբանությունը ցանկացած ծախսը վերաբերում է միայնակ վաճակա՝ 8000 միավոր համարակազմ ժամանակագրության փոխանցում 0:00 - 4:15 հասկանալի ծախսերը կան ժամանակակից շտաբի օգնության համար 5 պատկերված անձանց գոտակա խնայող/տնտեսական (ակտիվ խնայող) ամսական քանակությամբ կառավարման քանակությամբ պատկերված քանակությամբ 100 միավոր առկա խնայող/տնտեսական բանակներից 10 միավոր օգնության վերաբերում է 56 միավոր օգնության առկա խնայող/տնտեսական խցիկի լույսավորության
				միացում/անջատում ● օգնության միացում/անջատում ● Ուղտամանուշակագույն լույսի միացում/անջատում ● Ուղտամանուշակագույն լույսի գործառնական ժամանակահատվածի կարգավորումը և շահագործման մնացած ժամանակի ցուցումը; ● Ուղտամանուշակագույն լույսի աշխատանքային ժամաչափ; ● Օդի հոսքի ավտոմատ ապահովում

					անկախ HEPA ֆիլտրի խցանման մակարդակից; ● ավտոմատ ծայնային և տեսանելի ահագանգ՝ աշխատանքային նորմալ պարամետրերի խախտման դեպքում; ահագանգի հաղորդագրության ցուցում. - Էլեկտրամագնիսական ընթերցող և Էլեկտրամագնիսական մոլտքի ստեղներ; - օդի հոսքի սենսորներ*; - առջևի թաղանթ և ուլտրամանուշակագույն միավորի դիրքի սենսորներ; - անհատական ապահովիչ՝ կենսաանվտանգուտյան պահարանի հիմնական գործառույթներին (հովհար, լուսավորություն, ուլտրամանուշակագույն լամպ) Էլեկտրամատակարարման համար. - աշխատանքային խցիկի Էլեկտրական վարդակների անհատական ապահովիչ; - շարժական հոսանքի լարը բռնակով ● Բաղադրիչների փորձարկում և կարգավորում. - արտանետման բացման հավասարակշռող շեղբեր օդի հոսքի կարգավորման համար; - ներկառուցված ելք HEPA ֆիլտրերից վերև գտնվող օդի նմուշառման
--	--	--	--	--	--

					համար՝ դրանց ամբողջականության ստուգման համար: Պահարանի առավելագույն չափերը ոչ ավել քան 1203x772x2152(1494) մմ Տակդիրի չափերը պեք է համապատասխանեն պահարանը տեղադրվող համար Պահարանի ընդհանուր ծավալը (ներառյալ աշխատանքային խուցը) $\approx 1,0$ մ3:Աշխատանքային խցիկի չափերը ոչ պակաս 1104x608x748 մմ:Աշխատանքային գոտու չափերը ոչ պակաս 1104x448x678 մմ:Աշխատանքային գոտու տարածքը ոչ պակաս 0,50 մ2:Աշխատանքային տարածքի բարձրությունը ոչ պակաս 608 մմ:HEPA ֆիլտրերի չափերը.Ապահովել HEPA ֆիլտր 1130x530x78 մմ Արտանետվող HEPA ֆիլտր 1050x320x78 մմԷլեկտրամատակարարում. - 220-240 Վ:- հաճախականությունը 50 Հց Առավելագույն մոտքային հզորություն ոչ ավել 1385 Վ:Ուլտրամանուշակագույն լամպի հզորությունը 30 Վտ Լուսավորման լամպի հզորությունը 39 Վ Ներկառուցված էլեկտրական վարդակների վրա առավելագույն
--	--	--	--	--	--

թույլատրելի բեռ 1000 Վտ:Առանց
 տակդիրի պահարանի
 առավելագույն զուտ քաշը ոչ ավել
 212 կգ Ստենդի առավելագույն զուտ
 քաշը ոչ ավել 22 կգ Հիմնական
 բնութագրերը
 Կենսաանվտանգության պահարանի
 դասը ըստ EN 12469-2000, NSF/ANSI
 49 II Միջին հոսքի արագությունը
 աշխատանքային խցիկում
 $0,35+0,01$ մ/վ Աշխատանքային խցի
 օդային հոսքի տեսակը՝
 միակողմանի (լամինար) ներհոսք
 Ներհոսքի միջին արագությունը
 աշխատանքային տարածքով
 $0,47\pm0,03$ մ/վ - 0,5 մկմ և ավելի
 մասնիկների համար Դաս 5 - 5,0 մկմ
 և ավելի մասնիկների համար ISO M
 (20; ≥ 5 մկմ); LSAPC Մաքուր օդի
 ներհոսքի հզորություն 795-817 մ3/ժ
 Դուրս մղվող օդի հզորությունը
 333-378 մ3/ժ Օդի շրջապտույտը $\approx$
 70/30 % HEPA ֆիլտրեր 1) դասը ըստ
 EN 1822-1-ի H14 2) պահպանում
 MPPS-ում առնվազն 99,994% 3)
 Նվազագույն ծառայության ժամկետը
 4* տարի Ուլտրամանուշակագույն
 լուսավորություն - UVC
 ճառագայթային հոսք 11.2 Վտ -

					լույսի հոսքի նվազում առնվազն 5000 ժամ աշխատանքից հետո 12% - ծառայության ժամկետը առնվազն 8000 ժամ - գործառնական ժամանակաշրջանի միջակայք 0:00 - 4:15 - հավելում գործառնական ժամանակաշրջանի սահմանման համար 5 թույլ Աշխատանքային գոտու նվազագույն լուսավորություն (ամբողջական արժեքը որոշվում է աշխատանքային գոտու ողջ տարածքում) 1000 lx Աղմուկի առավելագույն մակարդակը պահարանից 1 մ հեռավորության վրա ոչ ավել 56** դԲ Տեղադրում, ուսուցում, մատակարարումը 10 օրում :
--	--	--	--	--	---