

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Հեմոլիտիկ լուծույթ 501-161R ազդանյութ նախատեսված HTI MicroCC-20Plus ավտոմատ հեմոտոլոգիական անալիզատորի համար, 1լ տարրայով: Էրիտրոցիտների ստրոմատոլիզացման ռեագենտ Պարունակում է` <math>\leq 2,5\%</math> չորրորդական ամոնիումի աղեր <math>\leq 0.05\%</math> pH բուֆեր <math>\leq 0.04\%</math> ցիանիդ աղեր <math>\geq 97.51\%</math> ջրային լուծույթ: Մատակարարվող նյութի մնացորդային ժամկետը պետք է լինի ոչ պակաս ընդհանուր ժամկետի 50%-ից: Պիտանելիության ժամկետ` մնացորդային ժամկետը պետք է լինի ոչ պակաս ընդհանուր ժամկետի 50%-ից: Մատակարարումը և բեռնաթափումը պահանջվող վայր մատակարարի կողմից:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Участник УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2020-ЕАХУТФ-25/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Реактив гемолитический раствор 501-161P, предназначенный для автоматического гематологического анализатора HTI MicroCC-20Plus, флакон 1л. Реагент для стромализации эритроцитов Содержит: $\leq 2,5\%$ четвертичных аммониевых солей $\leq 0,05\%$ pH-буфера $\leq 0,04\%$ цианидных солей $\geq 97,51\%$ водный раствор. Срок годности: Оставшийся срок годности не должен быть менее 50% от общего срока годности. Доставка и разгрузка в требуемом месте силами поставщика.