

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ ԱԶ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-44/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	Դիալիզի բազկաթոռ Էլեկտրական՝ նախատեսված դիալիզի պրոցեդուրաների անցկացման համար (ստացիոնար և շարժական): Սարքը պետք է ապահովի հիվանդի առավելագույն հարմարավետությունը, ճշգրիտ դիրքավորումը և հոսանքի վերահսկողությունը պրոցեդուրայի ընթացքում: Չափսերը՝ ե/լ 1750×580մմ, նստատեղի լայնությունը 580մմ, բարձրությունը 530մմ, մեջքի հատվածը 770×580մմ, ոտնատեղի չափսը 410×540մմ, արմնկակալը 460×160մմ, արմնկակալների բարձրության կարգավորելի՝ 0-50մմ, ներքնակի հաստությունը 60մմ, թույլատրելի շեղումը՝ ±10 մմ: Սարքը պետք է լինի Էլեկտրական կառավարմամբ՝ հեռակառավարման վահանակով, մեջքի կարգավորումը՝ 0°-70° (±5°), ոտնատեղի կարգավորումը՝ 20°-90°, արմնկակալների պտույտը՝ 0° - 270°, CPR ռեժիմ: Պետք է

				ունենա սեղանիկ 380×280մմ (±10) չափսի՝ բարձրության կարգավորումով, 360° պտույտով, ABS-պլաստիկից՝ չսահող եզրով, բաժակի և բջջային հեռախոսի տեղադրման ակոսներով, USB/5V սնուցման բնիկով: Բազկաթռռի հիմքը պետք է պատված լինի փոշեպաշտպան շերտով: Սարքը պետք է ունենա հեռակառավարման վահանակ, հոսանքի մալուխ, 4 հատ անիվ՝ 3դույմ, հակացնցումային, անաղմուկ: Բեռնատարողություն առնվազն 220կգ, հոսանքի աղբյուրը 100–240Վ, 50/60Հց: Հակահարվածային ծածկույթ՝ բազմաշերտ էպոքսիդային ծածկույթ հակաբակտերիալ պաշտպանությամբ, ծածկի հաստությունը 0,12մմ, հարվածակայունություն 50կգ, ռոբոտացված եռակցում՝ 360° առանցքափակ հողակապման համար, գծային էլեկտրաշարժիչ՝ համապատասխան UL, ROHS, EN ստանդարտներին, աղմուկի մակարդակը մինչև 50դԲ, աշխատանքային ռեսուրս առնվազն 20000 շարժում: Սարքը պետք է ունենան բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկ: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը: Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման
--	--	--	--	--

				աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). ISO13485, FDA, CE կամ համարժեք:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ ԱԶ Կապիտալը

в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000P4-
EYXUQF-44/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2				