

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	Biotronik	Biotronik	սրտի ռեսինխրոնիզացիոն թերապիայի (CRT) համարնախատեսված հավաքացու	Biotronik	Etrinsa 8 HF-T CRT Package-ն սրտի ռեսինխրոնիզացիոն թերապիայի (CRT) համարնախատեսված Սրտի ռիթմը կարգավորող սարքէ, որը նշանակված է սրտի անբավարարություն (NYHA Class III/IV), այդ թվում ձախփորոքայիդիսֆունկցիա ($EF \leq 35\%$ և $QRS \geq 120$ ms) ունեցող հիվանդների համար: Stratos LV-T և ունի կրկնակի փաթեթավորում: Խթանման ռեժիմը` DDD Standard Program, VVI Safe Program VV սինխրոնիզացիան` BiV RV RV-T Standard Program Չարկերակային

					ամպլիտուդ՝ 3.6 V (A); 3.6 V (RV); 3.6 V (LV) Standard Program; 4.8 V Safe Program Կադապարը՝ տիտան Չափսերը՝ 6.4 x 50.3 x 57 մմ Քաշը՝ 30.85գր Ծավալը՝ 14cc Հզորության աղբյուրը՝ Li/I2 Մարտկոցիլարումը BOS-ի ժամանակ՝ 2.8V Չարկիտեսակը՝ Biphasic, asymmetric Բևեռականությունը՝ Cathodic Միակցիչը՝ Էպոքսիդային խեժ: Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվում են մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով՝ ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորել մատակարարված ապրանքի պիտանելիության
--	--	--	--	--	---

					Ժամկետները եւ ժամանակին փոխարինել այն
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բերթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
42	Biotronik	Biotronik	սրտի ռեսինխրոնիզացիոն թերապիայի (CRT) համարնախատեսված հավաքացու	Biotronik	Etrinsa 8 HF-T CRT Package-ն սրտի ռեսինխրոնիզացիոն թերապիայի (CRT) համարնախատեսված Սրտի ռիթմը կարգավորող սարքէ, որը նշանակված է սրտի անբավարարություն (NYHA Class III/IV), այդ թվում ձախփորոքայիդիսֆունկցիա ($EF \leq 35\%$ և $QRS \geq 120\text{ ms}$) ունեցող հիվանդների համար: Stratos LV-T և ունի կրկնակի փաթեթավորում: Խթանման ռեժիմը` DDD Standard Program, VVI Safe Program VV սինխրոնիզացիան` BiV RV RV-T Standard Program Չարկերակային

					ամպլիտուդ՝ 3.6 V (A); 3.6 V (RV); 3.6 V (LV) Standard Program; 4.8 V Safe Program Կադապարը՝ տիտան Չափսերը՝ 6.4 x 50.3 x 57 մմ Քաշը՝ 30.85գր Ծավալը՝ 14cc Հզորության աղբյուրը՝ Li/I2 Մարտկոցիլարումը BOS-ի ժամանակ՝ 2.8V Չարկիտեսակը՝ Biphasic, asymmetric Բևեռականությունը՝ Cathodic Միակցիչը՝ Էպոքսիդային խեժ: Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվում են մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով՝ ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորել մատակարարված ապրանքի պիտանելիության
--	--	--	--	--	---

					Ժամկետները եւ ժամանակին փոխարինել այն
--	--	--	--	--	--