

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱԶ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի           |                     |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը        | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը                                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                  | ոլտրաձայնային<br>սարքավորում | Handlike            | Handlike | Hunan Handlike<br>Minimally Invasive<br>Surgery Co., Ltd. | Ուլտրաձայնային ծայրադիր,<br>կոագուլյացիոն ատրճանակային<br>բռնակով բաց և Էնդոսկոպիկ<br>միջամտությունների համար, ձեռքի<br>ակտիվացման հնարավորությամբ:<br>Նախատեսված է մինչև 5 մմ<br>տրամագծով հյուսվածքների և<br>անոթների հատման և<br>կոագուլյացիայի համար:<br>Ակտիվացիայի բացակայության<br>պայմաններում կարող է<br>օգտագործվել որպես գրասպեր և<br>զաժիմ: Տիտանային սայրի<br>տատանումների հաճախությունը<br>երկայնական ուղղությամբ 55,5 կՀց: |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Ճայրադիրը հնարավոր է ակտիվացնել հզորության կարգավորման միևնույն և մաքսիմալ կոճակների միջոցով, որոնք տեղակայված են բռնակի հիմքի առաջային մակերեսի վրա, որի միջոցով հնարավոր է լինում ապահովել մաքսիմալ հասանելիություն, ինչպես նաև ուղի սեղմակի միջոցով: Առկա է լրացուցիչ ծայնային ազդանշան, որը զգուշացնում է ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի բարձրացման մասին, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել ավելի վստահելի հեմոստազ: Ցողունի երկարությունը 36 սմ (<math>\pm 5\%</math>) ակտիվ բրանշի ծայրից մինչև ռոտացիոն օղակը: Ցողունի տրամագիծը 5 մմ: Ցողունի պտույտը 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում, հնարավորություն է տալիս աշխատել մեկ ձեռքով, հեշտացնում է տեսանելիությունը և հասանելիությունը վիրահատական դաշտին: Առկա է երկարության 5 մմ ինդիկատոր պասիվ բրանշի երկու կողային մակերեսների վրա: Առկա է</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>ակոսավոր մուտք ձեռքի բռնակի հետ միանալու համար:</p> <p>Աշխատանքային մասը կազմված է տիտանից պատրաստված ակտիվ՝սայր և պասիվ բրանշերից: Թեք արտափքված և ակտիվ բրանշի պրոքսիմալ մասերը նախատեսված են հիմնականում հյուսվածքների կոագուլյացիայի համար: Սուր վերին և ստորին եզրերը, ինչպես նաև ակտիվ բրանշի դիստալ մասը նախատեսված են հատելու համար:</p> <p>Մատակարարվում է աշխատանքային մասի կողպեքով:</p> <p>Մանրեագերծ գործարանային փաթեթավորմամբ, մեկանգամյա օգտագործման, ենթակա չէ կրկնակի մանրեագերծման: Պետք է լինի համատեղելի Էջմիածնի ԲԿ-ում շահագործվող HD-CSD01 գեներատորի հետ, որի վերաբերյալ անհրաժեշտ է ներկայացնել ավտորիզացիոն-երաշխիքային նամակ նշված մոդելի գեներատորն արտադրող ընկերությունից: Որակի միջազգային վկայականներ. 1. ISO13485 2. EC (93/42/EEC) կամ EU (2017/745) կամ FDA</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕԱՃԱՊԶԲ-25/29  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |