ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	gas pycnometer	AMI Altamira Instruments	Densi 100 (special order)	Advanced Measurement Instruments (AMI), Altamira Instruments LLC,	Գազային պինոմետր Սարքի տեխնիկական պարամետրեր • Ճշգրտություն - շուրջ 0,02% • Վերարտադրելիություն - մոտ 0.01% • Աշխատանքային ջերմաստիճան - միջակայքում 15-35 ºC • Բջջի չափերը - մոտ 0-1; 1; 3,5; 10 սմ³ • Նմուշների տարրաների հավաքածու՝ պինդ և փոշենման նմուշների անալիզի իրականացման համար. • Պինդ նմուշներ - մոտ 10 սմ³, 3.5 սմ³, 1.0 սմ³, 1 սմ³ 0-1սմ³• Փոշենման նմուշներ - մոտ 10 սմ³, 3.5 սմ³ • Աշխատանքային միջավայր - հելիում, արգոն, ազոտ (կախված

					ուսումնասիրվող նյութի տեսակից) • Ջերմաստիճանի չափման միջակայք - մոտ 20 °C ± 0.025 °C • Չափիչ մոդուլների քանակը - մինչև 5 մոդուլ, որոնք աշխատում են միմյանցից անկախ •Նվազագույնը հետևյալ միջազգային ստանդարտներին համապատասխանություն - USP, ISO, ASTM • Այդ թվում նվազագույնը պետք է համապատասխանի հետևյալ միջազգային ստանդարտներին • ASTM B923 Metal Powders • ASTM C110 Cement • ASTM C604 Refractory Materials, ASTM C799 Nuclear Materials, ASTM D2638 Carbon, ASTM D2856 Foam, ASTM D4892 Petroleum • ASTM D5550 Soil • ASTM D5965 Coatings • ASTM D6093 Coatings o ASTM D6226 Foam • ASTM D6761 Catalysts • ASTM D70 Asphalt o ASTM D8171 Fibers o DIN 66137 Pycnometry • ISO 12154 Pycnometry • ISO 18753 Ceramics • ISO 4590 Foam • ISO 8130 Coatings o USP «699» Pharmaceuticals • Չափագրում (կալիբրովկա) - նվազագույնը հապատասխնեն ANSI/NCSL 2640-1-94 և ISO

					10012-1-92 պահանջներին • Մեթոդների պահման գրադարան - ապահովում է չափման գործընթացի ճշգրտությունը • Ցուցադրիչ - LCD էկրան՝ ինտուիտիվ մենյուով • Տվյալների ելք - USB, RS-232C • Համատեղելիություն - Լաբորատոր տվյալների կառավարման համակարգեր (LIMS) • Էլեկտրամատակարարում - 220-240V, 50/60 Hz • Ծրագրային ապահովում - ներառված, տվյալների ավտոմատ վերլուծությամբ Հավելյալ պարամետրեր • Սարքը հագեցած է բջջի չափերը համալրող չափող ծավալների հավաքածույով, որոնք ապահովում են ճշգրիտ կշռման գործընթացը տարբեր նմուշների համար: • Սարքը համալրված է որակյալ գունավոր տպիչով և դյուրակիր համակարգչով՝ առնվազն հետևյալ պարամետրերով՝ IntelCore i5-8400, 256 ԳԲ հիշողության կրիչ, 8 ԳԲ RAM, Windows 10 օպերացիոն համակարգ: • Սարքը համալրված է անհրաժեշտ գազերով՝ օ Հելիում (He) - առնվազն 99,9995% մաքրություն, բալոնի ծավալ՝ մոտ 50

					լիտր, ճնշում՝ շուրջ 200 մթն, 9,1մ³ o Արգոն (Ar) - առնվազն 99.9999% մաքրություն, բալոնի ծավալ՝ մոտ 50 լիտր, 6մ³ տարողությամբ, 200մթն o Ազոտ (N2) - առնվազն 99.999% մաքրություն, բալոնի ծավալ՝ մոտ 50 լիտր, 6մ³ տարողությամբ, 200մթն o Բալոնները տրամադրվում են մատակարարի կողմից (առանց վերադարձի) համապատասխան սերտիֆիկատներով: Բալոնները պատրաստված չժանգոտվող մետաղից (316 համարի), Կցորդումը ¾ գլխիկով, մուտքային ճնշման ցուցիչ՝ ոչ պակաս 200 բարից, ելքային՝ ոչ պակաս 15 բարից o Յուրաքանչյուր գազի համար տրամադրել առնվազն 1 հատ բարձր որակի ճնշման կարգավորիչ, համապատասխան Եվրոպական ստանդարտներին Լրացուցիչ պահանջներ • Երաշխիք - 1 տարի • Մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում - իրականացվում է տեղում • Ապրանքի նորություն - սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը՝ չվնասված • պարտադիր է արտադրողի կամ պաշտոնական

					ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկում, արտադրողի կողմից տեխնիկական աջակցություն: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	gas pycnometer	AMI Altamira Instruments	Densi 100 (special order)	Advanced Measurement Instruments (AMI), Altamira Instruments LLC,	Գազային պինոմետր Սարքի տեխնիկական պարամետրեր • Ճշգրտություն - շուրջ 0,02% • Վերարտադրելիություն - մոտ 0.01% • Աշխատանքային ջերմաստիճան - միջակայքում 15-35 ºC • Բջջի չափերը - մոտ 0-1; 1; 3,5; 10 սմ³ • Նմուշների տարրաների հավաքածու՝ պինդ և փոշենման նմուշների անալիզի իրականացման համար. • Պինդ նմուշներ - մոտ 10 սմ³, 3.5 սմ³, 1.0 սմ³, 1 սմ³ 0-1սմ³• Փոշենման նմուշներ - մոտ 10 սմ³, 3.5 սմ³ • Աշխատանքային միջավայր - հելիում, արգոն, ազոտ (կախված

					ուսումնասիրվող նյութի տեսակից) • Ջերմաստիճանի չափման միջակայք - մոտ 20 °C ± 0.025 °C • Չափիչ մոդուլների քանակը - մինչև 5 մոդուլ, որոնք աշխատում են միմյանցից անկախ •Նվազագույնը հետևյալ միջազգային ստանդարտներին համապատասխանություն - USP, ISO, ASTM • Այդ թվում նվազագույնը պետք է համապատասխանի հետևյալ միջազգային ստանդարտներին • ASTM B923 Metal Powders • ASTM C110 Cement • ASTM C604 Refractory Materials, ASTM C799 Nuclear Materials, ASTM D2638 Carbon, ASTM D2856 Foam, ASTM D4892 Petroleum • ASTM D5550 Soil • ASTM D5965 Coatings • ASTM D6093 Coatings o ASTM D6226 Foam • ASTM D6761 Catalysts • ASTM D70 Asphalt o ASTM D8171 Fibers o DIN 66137 Pycnometry • ISO 12154 Pycnometry • ISO 18753 Ceramics • ISO 4590 Foam • ISO 8130 Coatings o USP «699» Pharmaceuticals • Չափագրում (կալիբրովկա) - նվազագույնը հապատասխնեն ANSI/NCSL 2640-1-94 և ISO

					10012-1-92 պահանջներին • Մեթոդների պահման գրադարան - ապահովում է չափման գործընթացի ճշգրտությունը • Ցուցադրիչ - LCD էկրան՝ ինտուիտիվ մենյուով • Տվյալների ելք - USB, RS-232C • Համատեղելիություն - Լաբորատոր տվյալների կառավարման համակարգեր (LIMS) • Էլեկտրամատակարարում - 220-240V, 50/60 Hz • Ծրագրային ապահովում - ներառված, տվյալների ավտոմատ վերլուծությամբ Հավելյալ պարամետրեր • Սարքը հագեցած է բջջի չափերը համալրող չափող ծավալների հավաքածույով, որոնք ապահովում են ճշգրիտ կշռման գործընթացը տարբեր նմուշների համար: • Սարքը համալրված է որակյալ գունավոր տպիչով և դյուրակիր համակարգչով՝ առնվազն հետևյալ պարամետրերով՝ IntelCore i5-8400, 256 ԳԲ հիշողության կրիչ, 8 ԳԲ RAM, Windows 10 օպերացիոն համակարգ: • Սարքը համալրված է անհրաժեշտ գազերով՝ օ Հելիում (He) - առնվազն 99,9995% մաքրություն, բալոնի ծավալ՝ մոտ 50

					լիտր, ճնշում՝ շուրջ 200 մթն, 9,1մ³ o Արգոն (Ar) - առնվազն 99.9999% մաքրություն, բալոնի ծավալ՝ մոտ 50 լիտր, 6մ³ տարողությամբ, 200մթն o Ազոտ (N2) - առնվազն 99.999% մաքրություն, բալոնի ծավալ՝ մոտ 50 լիտր, 6մ³ տարողությամբ, 200մթն o Բալոնները տրամադրվում են մատակարարի կողմից (առանց վերադարձի) համապատասխան սերտիֆիկատներով: Բալոնները պատրաստված չժանգոտվող մետաղից (316 համարի), Կցորդումը ¾ գլխիկով, մուտքային ճնշման ցուցիչ՝ ոչ պակաս 200 բարից, ելքային՝ ոչ պակաս 15 բարից o Յուրաքանչյուր գազի համար տրամադրել առնվազն 1 հատ բարձր որակի ճնշման կարգավորիչ, համապատասխան Եվրոպական ստանդարտներին Լրացուցիչ պահանջներ • Երաշխիք - 1 տարի • Մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում - իրականացվում է տեղում • Ապրանքի նորություն - սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը՝ չվնասված • պարտադիր է արտադրողի կամ պաշտոնական

					ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկում, արտադրողի կողմից տեխնիկական աջակցություն: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի