

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ոտոս-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22			

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Логан в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЗ-БЦДЦТЗР-25/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
22	Логан	Логан	<p>Бактериальный пробоотборник должен иметь следующие основные параметры: • Программируемый • Высокая частота дискретизации • Пористая головка отбора проб Устройство подходит для использования в больницах, на предприятиях по производству продуктов питания и стерильных фармацевтических препаратов. Расход пробы: 100 л/мин. Диапазон температур: 10-35°C. Атмосферное давление 80-110 кПа. Объем пробы можно регулировать от 0,001 до 9,999 мЗ. Источник питания: аккумуляторная батарея 16,8 В, обеспечивает до 4 часов работы. Размеры не более 130*250. Вес 4-5 кг. Система включает в себя счетчик колоний диаметром 155 мм с диапазоном подсчета колоний от 0 до 999.</p> <p>Поставщик обязан поставить новое оборудование. Обучение работе с устройством и внедрение методологии. Гарантийный срок составляет не менее 1 года.</p>