

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Urine Analyzer	URIT-50	URIT-50	Urit Medical Electronic Co. Ltd.	Մեզի վերլուծիչ-Չափման համակարգը՝ Ռեֆլեկտոր ֆոտոմետրիա: Չափման պարամետրները՝ նվազագույնը տեսակարար կշիռ, pH, լեյկոցիտներ, նիտրիտ, սպիտակուց, գլյուկոզ, կետոններ, ուրոբիլինոգեն, բիլիրուբին, արյուն (երիթրոցիտ / հեմոգլոբին): Արտադրողականությունը՝ 50-60 թեստ / ժամ: Ստուգաչափումը՝ թեստ ստրիպների միջոցով: Հիշողություն՝ նվազագույնը ոչ պակաս քան 100 նմուշի արդյունք, Էկրանը՝ հեղուկբյուրեղային: Տպիչը՝

					ներքին ջերմային, : Նմուշների տվյալների մուտքագրումը ` ձեռքով և գծիկավոր ծածկագրի լազերային սկանների միջոցով. Որակի վկայականի առկայություն CE, ISO 13485; Մատակարարը պետք է ապահովի սարքերի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, լաբորատոր մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում: Մատակարարը պետք է տրամադրի հավաստագիր իր կողմից սարքի առաջին շահագործման ամսաթվի վերաբերյալ: Մեկ տարվա երաշխիքային սպասարկում տեղադրումից և ուսուցումից հետո:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 0000-00000000-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					