

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-16-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
52	Էլեկտրական բազմաֆունկցիոնալ հիվանդանոցային մահճակալ	Էլեկտրական բազմաֆունկցիոնալ հիվանդանոցային մահճակալ	Էլեկտրական բազմաֆունկցիոնալ հիվանդանոցային մահճակալ	Էլեկտրական բազմաֆունկցիոնալ հիվանդանոցային մահճակալ - Նախատեսված է ստանդարտ հիվանդասենյակների, անհետաձգելի բուժօգնության և վերականգնման բաժինների համար: Պետք է ունենա Էլեկտրական կառավարման հնարավորություն՝ կարգավորելու մահճակալի բարձրությունը, ինչպես նաև գլխային և ազդրա-ոտքային հատվածների թեքությունը: Կառավարումն իրականացվելու է հեռակառավարման վահանակի միջոցով: Մահճակալի կառուցվածքը՝ Սեկցիաների քանակը՝ առնվազն 4: Չափսերը՝ երկարությունը՝ 2160մմ, լայնությունը՝ 960մմ, բարձրությունը՝ 450 - 600մմ(±50մմ): Հիմքը պատրաստված է դիմացկուն հատվածավոր պողպատե խողովակներից կամ պողպատե շերտերից, որոնք ապահովում են կայունություն և երկարակեցություն:

				Հանվող ABS պլաստիկ գլխամաս և ոտնամաս, սպիտակի և կապույտի համադրությամբ: Այլումինե ծավվող կողային բազրիքների (գույգ) առկայություն, որոնք ապահովում են հիվանդի անվտանգությունը: Մահճակալի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 280 կգ: Մահճակալի քաշը՝ ոչ ավելի, քան 90 կգ: Մահճակալի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները՝ Գլխային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-80° ($\pm 5^\circ$) Ազդրա-ոտքային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-40° ($\pm 5^\circ$) Մահճակալի բարձրության կարգավորում՝ 450-600մմ (± 50մմ) Կառավարվում է հեռակառավարման վահանակի (պուլտի) միջոցով: CPR (Կարդիոպուլմոնար վերակենդանացում) համակարգի առկայություն՝ արտակարգ իրավիճակների համար: PSD վերձգման ձողի առկայություն (հիվանդի աջակցման սարք): Մահճակալի գույնը՝ սպիտակի և կապույտի համադրությամբ: Ներառում է ներքնակ: Ներքնակի բնութագրիչները՝ Չափսերը՝ 2000×850×80 մմ (ոչ պակաս, քան 80մմ սպունգ, խտությունը՝ ոչ պակաս, քան 20կգ/մ³): Ներքնակը պետք է բաղկացած լինի 4 մասից, որոնք իրար միանում են շղթաներով: Չսահող և ամուր պետք է կցված լինի մահճակալին, ծավելյու է մահճակի համապատասխան հատվածների հետ: Պետք է ունենա օդի համար անցքեր, որոնք թույլ կտան օդի բնական շրջանառությանը: Անհրաժեշտության դեպքում սպունգը հեռացնելու կամ փոխարինելու հնարավորության առկայություն: Մահճակալի տրանսպորտային համակարգը՝ 125մմ տրամագծով անիվներ՝ երկշերտ, 2-շառնիրային, միաժամանակյա
--	--	--	--	--

				արգելակումով: 4 հավելյալ ոտքերի առկայություն՝ անշարժ ֆիքսման համար: Բոլոր 4 անկյուններում պետք է տեղադրված լինեն բամպերներ՝ լրացուցիչ պաշտպանություն ապահովելու համար: Լրացուցիչ պարագաներ՝ Շարժական շտատիվ՝ կարգավորվող բարձրությամբ, առնվազն 4 կախիչներով: Հարմարանք (ցանց)՝ տարբեր բժշկական պարագաների համար: Մահճակալի ալյումինե ծավվող կողային բազրիքները պետք է համալրված լինեն շարժական /հանվող-դրվող/ սեղանիկով, որի չափսերն են՝ (ԵxԼ) 104սմx28սմ (± 3սմ): Հեռակառավարման վահանակի առկայություն: Այլ պայմաններ՝ Մահճակալի և ներքնակի բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը ±5%: Արտադրող ընկերության ISO սերտիֆիկացում: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 12 ամիս: Մասնակիցը ներկայացվող հայտում՝ «առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր» հավելվածում ներկայացնում է նաև ապրանքի մոդելը: *Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանանագիր կնքելու օրվանից հաշված 30 օրացույցային օրվա ընթացքում:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սեդեքստերվի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/16-16-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
52	Էլեկտրական բազմաֆունկցիոնալ հիվանդանոցային մահճակալ	Էլեկտրական բազմաֆունկցիոնալ հիվանդանոցային մահճակալ	Էլեկտրական բազմաֆունկցիոնալ հիվանդանոցային մահճակալ	Էլեկտրական բազմաֆունկցիոնալ հիվանդանոցային մահճակալ - Նախատեսված է ստանդարտ հիվանդասենյակների, անհետաձգելի բուժօգնության և վերականգնման բաժինների համար: Պետք է ունենա Էլեկտրական կառավարման հնարավորություն՝ կարգավորելու մահճակալի բարձրությունը, ինչպես նաև գլխային և ազդրա-ոտքային հատվածների թեքությունը: Կառավարումն իրականացվելու է հեռակառավարման վահանակի միջոցով: Մահճակալի կառուցվածքը՝ Սեկցիաների քանակը՝ առնվազն 4: Չափսերը՝ երկարությունը՝ 2160մմ, լայնությունը՝ 960մմ, բարձրությունը՝ 450 - 600մմ(±50մմ): Հիմքը պատրաստված է դիմացկուն հատվածավոր պողպատե խողովակներից կամ պողպատե շերտերից, որոնք ապահովում են կայունություն և երկարակեցություն:

				Հանվող ABS պլաստիկ գլխամաս և ոտնամաս, սպիտակի և կապույտի համադրությամբ: Այլումինե ծավվող կողային բազրիքների (գույգ) առկայություն, որոնք ապահովում են հիվանդի անվտանգությունը: Մահճակալի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 280 կգ: Մահճակալի քաշը՝ ոչ ավելի, քան 90 կգ: Մահճակալի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները՝ Գլխային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-80° ($\pm 5^\circ$) Ազդրա-ոտքային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-40° ($\pm 5^\circ$) Մահճակալի բարձրության կարգավորում՝ 450-600մմ (± 50մմ) Կառավարվում է հեռակառավարման վահանակի (պուլտի) միջոցով: CPR (Կարդիոպուլմոնար վերակենդանացում) համակարգի առկայություն՝ արտակարգ իրավիճակների համար: PSD վերձգման ձողի առկայություն (հիվանդի աջակցման սարք): Մահճակալի գույնը՝ սպիտակի և կապույտի համադրությամբ: Ներառում է ներքնակ: Ներքնակի բնութագրիչները՝ Չափսերը՝ 2000×850×80 մմ (ոչ պակաս, քան 80մմ սպունգ, խտությունը՝ ոչ պակաս, քան 20կգ/մ³): Ներքնակը պետք է բաղկացած լինի 4 մասից, որոնք իրար միանում են շղթաներով: Չսահող և ամուր պետք է կցված լինի մահճակալին, ծավելյու է մահճակի համապատասխան հատվածների հետ: Պետք է ունենա օդի համար անցքեր, որոնք թույլ կտան օդի բնական շրջանառությանը: Անհրաժեշտության դեպքում սպունգը հեռացնելու կամ փոխարինելու հնարավորության առկայություն: Մահճակալի տրանսպորտային համակարգը՝ 125մմ տրամագծով անիվներ՝ երկշերտ, 2-շառնիրային, միաժամանակյա
--	--	--	--	--

				արգելակումով: 4 հավելյալ ոտքերի առկայություն՝ անշարժ ֆիքսման համար: Բոլոր 4 անկյուններում պետք է տեղադրված լինեն բամպերներ՝ լրացուցիչ պաշտպանություն ապահովելու համար: Լրացուցիչ պարագաներ՝ Շարժական շտատիվ՝ կարգավորվող բարձրությամբ, առնվազն 4 կախիչներով: Հարմարանք (ցանց)՝ տարբեր բժշկական պարագաների համար: Մահճակալի ալյումինե ծավվող կողային բազրիքները պետք է համալրված լինեն շարժական /հանվող-դրվող/ սեղանիկով, որի չափսերն են՝ (ԵxԼ) 104սմx28սմ (± 3սմ): Հեռակառավարման վահանակի առկայություն: Այլ պայմաններ՝ Մահճակալի և ներքնակի բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը ±5%: Արտադրող ընկերության ISO սերտիֆիկացում: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 12 ամիս: Մասնակիցը ներկայացվող հայտում՝ «առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր» հավելվածում ներկայացնում է նաև ապրանքի մոդելը: *Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանանագիր կնքելու օրվանից հաշված 30 օրացույցային օրվա ընթացքում:
--	--	--	--	---