

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Մեդ Զեփիթ» ՍՊԸ -ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
149	Sinolinks Medical Innovation, Inc.	Sinolinks Medical Innovation, Inc.	LC	Sinolinks Medical Innovation, Inc.	Տիտանային ամրակներ քարթրիջով, յուրաքանչյուր քարտրիջում 6 հատ ամրակ, որը համարվում է մեկ միավոր: Ըստ պահանջի ամրակները պետք է մատակարարվեն S, SM, ML, L, XL չափսերով: Բոլոր չափերն ունեն գունավոր կոդավորում և նախատեսված են տարբեր տրամագծերի անոթների համար:Բժշկական կենտրոնում ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ քանակի համապատասխան կլիպատորները պետք է տրամադրվեն մատակարարի կողմից անհատույց

				եղանակով: Ընդ որում բժշկական կենտրոնում շրջանառության մեջ միշտ պետք է լինի առնվազն գործիք յուրաքանչյուր չափսի համար: : Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Արտադրանքը պետք է ունենա նաև ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 որակի սերտիֆիկատները: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<Мед Кепитл>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECXCTQF-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
149	Sinolinks Medical Innovation, Inc.	Sinolinks Medical Innovation, Inc.	LC	Sinolinks Medical Innovation, Inc.	Титановые зажимы с картриджем, по 6 зажимов в каждом картридже. Зажимы поставляются в размерах S, SM, L, XL по запросу. Все размеры имеют цветовую маркировку для сосудов различного диаметра. Соответствующее количество клипсаторов предоставляется поставщиком бесплатно. При этом в медицинском центре всегда должно быть в обращении хотя бы по одному инструменту каждого размера. : Наличие маркировки CE или сертификата(ов) качества FDA

					обязательно. Товар новый, неиспользованный, в виде заводской инструкции. На момент поставки наличие не менее 75%.
--	--	--	--	--	--